

入院中の胸レントゲン撮影で3回中2回、位置がずれていたと撮り直しました。患者のX線照射量最小化を心掛けて頂きたいです。

(回答)

日頃から被ばく線量や再撮影の低減に向けて取り組んでおりますが、今回、このようなご指摘をいただき大変重く受け止めております。早急に職員間で事例を共有し、技術の向上は勿論のこと、撮影時の条件設定、写真サイズおよび写真の妨げになる異物の確認方法等を職員間で密に共有しながら、今後も被ばく線量・再撮影の低減に継続して取り組んでまいります。