

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

ナビゲーションシステム一式の購入

2 構成内訳

「ナビゲーションシステム機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 手術室
一式

4 納入期限

令和6年3月31日

5 その他

本件調達物品の運搬・設置、既設機器の引取等を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書を、紙ベースで納入場所、PDFファイル等電子データでMEセンターへ提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低1回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 現行機の個人情報消去後引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

ナビゲーションシステム 機器構成

(1) ストライカー社製 ナビゲーションシステム

品 名	規 格	メーカー	数量
ナビゲーションシステム NAV3i 一式		ストライカー	1式
【内訳】			
DELL23モニター	DELL P2319H		1式
マルチメディアキーボード(日本語)	KB216		1式
ロジテックDVDドライブTYPE-CケーブルACアダプタ付き	LDR-PMK8U2CTBK		1式
レーザー有線マウスMS3220ブラックSNP	MS3220		1式
Stryker PC-3.1	7700-911-000		1式
NAV ORTHOMAP 3D 2.0ナビゲーションソフトウェア	6005-660-000		1式
NAV CT-based Hip1.3 ナビゲーションソフトウェア	6007-623-000		1式
NAV CT-based Hip1.3 プランニングソフトウェア	6007-624-000		1式
ストライカー NAV3I プラットフォーム	7700-800-000		1式
NAV ORTHOMAP 3D 2.0プランニングソフトウェア	6005-661-000		1式
モジュラーインパクトハンドル	2000-2000		1式
トライデントストレートカップポジショナーナビゲーション	2124-1200		1式
トライデントアセタブラーリーマーハンドルナビゲーション	2124-1100		1式
オフセットカップインパクトデュアルプリズム	I-H2124CI00		1式
HEXドライバー	IJH-S404B4600		1式
ストライカーオムニフレックスラチェットハンドル	OR-2107-1000		1式
NGENIUSユニバーサルトラックー	6000-014-000		1式