

■【特定調達契約】IVR-CT装置等の購入について

	質問	回答
13	医師用と技師用に2つ準備すること。また、ワイヤレス式が対応可能であること。とありますが、ワイヤレスタイプのフットスイッチを2式準備するという解釈でお間違えございませんでしょうか?	2式のワイヤレス式対応が必要です。
31	検査室内へ27inch以上の統合型マルチモニタを1台設置すること。とありますが、設置方法については可動式の統合型マルチモニタ専用のカート(マウス・キーボード設置可能タイプ)も併せて備えるという解釈でお間違えないでしょうか?	設置には専用のカートが必要です。 ご提案内容で問題ありません。
49	寝台操作、アーム角度設定、コリメータ、濃度補償フィルタ、X線平面検出器操作、イメージサイズ変更、オートポジショニング機能、オートマップ機能、透視、撮影プログラムおよびフレームレート選択、撮影画像の選択。再生・停止操作、マルチモニタのレイアウト変更操作、ワークステーション操作、PACS・動画サーバー操作、画像処理・解析などがテーブルサイドで可能であること。とありますが、PACS・動画サーバー操作のみ、寝台に取り付けたマウステーブルよりマウス操作が可能であれば良いという解釈でよろしいでしょうか?	テーブルサイド(寝台周囲)で記載内容の操作が必要です。 ご提案内容で問題ありません。
73	既存の映像記録システムとの接続のみでアノテーター(描画システム)は不要でよろしいでしょうか?	アノテーター(描画システム)は不要です。
74	検像端末は新規導入は不要で、既存端末2台との接続という理解で合っていますでしょうか。その場合、どの検像端末と接続するかご回答をお願いいたします。	血管撮影室とCT検査室の既存検像端末2台との接続です。
79	ヘリカルスキャンにおいて1回転あたり128スライス以上同時にデータ収集が可能であること。とありますが、体軸方向のサンプリングを密にし、体軸方向の連続性を向上させることができると理解しますので、その目的に鑑み当社は1回転あたり160スライス以上の画像データの生成がスキャン運動で可能となっていますので、臨床的な画像向上の機能として問題がないと考えます。当社仕様で問題ないと解釈してよろしいでしょうか。	問題ありません。
81	装置の最大再構成領域が700mmであれば問題ないと解釈してよろしいでしょうか。	問題ありません。
19	3Dデータ収集の16bitで宜しいでしょうか	問題ありません。
30	入力16信号の表示のみでも宜しいでしょうか	装置本体や装置付属の統合モニターで対応不可な機能の分は、社外品の統合モニターもしくはキーボード・マウス・ディスプレイ切り替え器・無線マウス等を組み合わせてシステムを構成し、ご対応ください。(社外品との接続は仕様書記載のとおり検査室担当者と協議し、安全性を確認したうえで調整します。)
31	モニターのみの設置でも宜しいでしょうか	装置本体や装置付属の統合モニターで対応不可な機能の分は、社外品の統合モニターもしくはキーボード・マウス・ディスプレイ切り替え器・無線マウス等を組み合わせてシステムを構成し、ご対応ください。(社外品との接続は仕様書記載のとおり検査室担当者と協議し、安全性を確認したうえで調整します。)
32	入力信号の意味合いで宜しいでしょうか。	入力信号です。装置本体や装置付属の統合モニターで対応不可な機能の分は、社外品の統合モニターもしくはキーボード・マウス・ディスプレイ切り替え器・無線マウス等を組み合わせてシステムを構成し、ご対応ください。(社外品との接続は仕様書記載のとおり検査室担当者と協議し、安全性を確認したうえで調整します。)
42	社外品にて対応しても宜しいでしょうか。	ご提案内容で問題ありません。
45	社外品のカーボン板で延長しても宜しいでしょうか。	ご提案内容で問題ありません。
49	社外品にて対応しても宜しいでしょうか。	ご提案内容で問題ありません。
53	皮膚線量分布図をリアルタイムにモニタリングのみで宜しいでしょうか。	仕様の通りです。問題ありません。
55	透視・撮影中において、操作室WSにて画像の選択、表示、動画再生、画像処理操作が可能、検査室LDにはそのWSの画面表示は可能という解釈で宜しいでしょうか。	ご提案内容で問題ありません。
56	二倍拡大でも宜しいでしょうか。	問題ありません。
67	社外品にて対応しても宜しいでしょうか。	問題ありません。