

■ エチレンオキサイドガス滅菌装置の購入

項番	業者質問内容	回答
1	エチレンオキサイドガス滅菌装置 機器構成について ・サクラ精機社製EOG滅菌装置と構成表題が記載されておりますが、サクラ精機は販売店であり、製造メーカーは株式会社イキ（FRE170 他カタログ参照）となります為、記載メーカーについてはイキ社製装置で構いませんか。	問題ございません。
2	イキ社、三浦工業社の機器構成を比較した際、数量差異が発生していることについて ・イキ社製の構成には、プリンター（②EOG装置用運転工程プリンター）がありますが、三浦工業社製にはありません。サクラ精機社製で応札する場合、応札価格と納入構成から、EOG装置用運転工程プリンターを抜いても構いませんか。	当院滅菌室のガス滅菌業務に支障が出ないのであれば、EOG装置用運転工程プリンターを納入構成に含めずとも問題ございません。
3	イキ社、三浦工業社の機器構成を比較した際、数量差異が発生していることについて ・イキ社製の構成には、（防疫用殺菌消毒剤：⑤エキテック95（68g）24本／箱）がありますが、三浦工業社製には、防疫用殺菌消毒剤がありません。サクラ精機社製で応札する場合、応札価格と納入構成から、⑤エキテック95（68g）24本／箱を抜いても構いませんか。	問題ございません。
4	イキ社、三浦工業社の機器構成を比較した際、数量差異が発生していることについて ・イキ社製の構成には、（④ガス漏れ警報器）が2個ありますが、三浦工業社製には（⑤ガス漏れ警報器）が1個しかありません。イキ社製で応札する場合、応札価格と納入構成から④ガス漏れ警報器を1個にしても構いませんか。	当院滅菌室のガス滅菌業務に支障が出ないこと及び、滅菌業務に従事する者に危険が及ばず安全性に問題が生じないことが担保できるのであれば、ガス漏れ警報器の納入構成を2個から1個にすることは問題ございません。