

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならぬ。

【仕様】

1 件名

全自動染色システムの購入

2 構成内訳

「全自動染色システム機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 病理部染色室 1式

4 納入期限

令和2年12月31日

5 その他

本件調達物品の設置・調整等を行う事ほか、別紙【仕様その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

全自動染色システム 機器構成

(1) ロシュ・ダイアグノスティックス社製 全自動染色システム

品名	規格	メーカー	数量
全自動染色システム		ロシュ・ダイアグノスティックス	1式
【内訳】			
自動免疫染色装置	ベンタナベンチマークULTRA		2式
自動免疫染色装置用コントロールシステム サーバーセット	Connect(L)		1式
H&E染色装置	ベンタナ HE600		1式

搬入・設置費及び設置に必要な金具等の部品費用を含むこと。

病院システム等との接続費用を含むこと。

機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。