

■ 【特定調達契約】血管撮影用X線装置システムの購入質問回答

仕様書 項番	業者質問	回答
15	ラインナップの中で組み合わせできる最も高 精細且つ高感度の平面検出器を搭載し、どち らかの性能が勝る場合は、最上位機種に搭載 された平面検出器を選択する解釈でよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。 最上位機種およびオプションも対象とします。
18	5、 6、 7、 8inchのいずれかで設定可能な 視野サイズでの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
25	装置のシステムモニタとして使用する29inch 以上の統合型マルチモニタについて、モニタ 表示のレイアウトを任意で行えると記載があ りますが、表示用モニタと同様に正面と側面 のlive画像と透視記録や撮影画像、外部装置 からの入力映像(CardioLabo、 CARTO、 Ensite、 ワークステーション画像、超音波 画像、血管内超音波画像)などの画面表示切 替・レイアウ ト変更ができるようにする という解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、画像表示切替やレイアウト変更等については、検査担当者と協議により決定します。