

入札参加予定者各位

回 答 書

契約番号 附20013 セ20019	件 名 【特定調達契約】 循環器動画ネットワークシステム更新業務委託(合併入札)一式
--------------------------	--

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

No.	契約番号	仕様書項番	質疑内容	回答内容
1	セ20019	3-13	救急放射線室内で、RIMAGE社製パブリッシャーからKADAサーバへDICOM QRし、メディアへ画像書出しする接続内容で宜しいでしょうか？	ご記載いただいた接続内容で問題ありません。
2	セ20019	10-3	対象ソフトはSKYASEAと認識しておりますが、ライセンス付与は貴院より頂ける認識で宜しいでしょうか？	本調達に含まれる専用端末分のライセンスについては、本調達に含みます。
3	附20013	(6)	「すべてのシステムにウイルス対策ソフトを入れること」と記載ございますが、貴院よりライセンス付与頂く認識で宜しいでしょうか？	ご認識のとおりです。
4	附20013	6-2	既設1面モニタの端末は、EIZO FlexScan S1903-TBKがモニタとして導入していますが、2面モニタ構成の端末は、EIZO RadiForce MX215-BKがモニタとして導入しています。 面数は現システムと同数を準備させて頂き、モニターインチは19インチで統一させて頂いて宜しいでしょうか？	面数は、仕様書項番6-1に記載するとおり、2面モニタ構成を7台、1面モニタ構成を2台として下さい。 モニターインチ数は、19インチ以上としてください。 現行は、1面構成19インチ、2面構成21.3インチで運用しています。
5	附20013 セ20019	入札に関する 質問	入札説明書に、資格確認時提出書類と記載がございますが、必要書類は入札時に持参でしょうか？事前提出でしょうか？ 事前提出でしたら提出先と期限をご教示ください。	資格確認書類は落札後、「横浜市有資格者名簿及び指名停止措置一覧」の確認が終わり、落札者となった後にご提出をお願いします。 提出先は横浜市立大学附属病院 医学・病院企画課財務担当宛となります。
6				
7				
8				
9				
10				