

■ 重症系人工呼吸器の購入質問回答

業者質問	回答										
<p>・仕様書にあります支持アーム178、加温加湿器 PMH8000 ホースヒーター中継ケーブル（デュアル）、PMH8000用温湿度プローブにつきまして 下記を想定しておりますが、問題ありませんでしょうか。</p> <table><thead><tr><th data-bbox="271 564 360 592">仕様書</th><th data-bbox="837 564 898 592">想定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="271 612 663 639">支持アーム 178 Sa-6693715</td><td data-bbox="837 612 1227 639">支持アーム 176 Sa-6405976</td></tr><tr><td data-bbox="271 660 636 687">加温加湿器 PMH8000 619001</td><td data-bbox="837 660 1227 687">加温加湿器 PMH8000 16401010</td></tr><tr><td data-bbox="271 708 763 735">ホースヒーター中継ケーブル（デュアル） 51109</td><td data-bbox="837 708 1294 735">吸気呼気ヒーターワイヤ中継コード 16424040</td></tr><tr><td data-bbox="271 756 678 783">PMH8000用温湿度プローブ 51110</td><td data-bbox="837 756 1281 783">PMH8000用温湿度プローブ 16421010</td></tr></tbody></table>	仕様書	想定	支持アーム 178 Sa-6693715	支持アーム 176 Sa-6405976	加温加湿器 PMH8000 619001	加温加湿器 PMH8000 16401010	ホースヒーター中継ケーブル（デュアル） 51109	吸気呼気ヒーターワイヤ中継コード 16424040	PMH8000用温湿度プローブ 51110	PMH8000用温湿度プローブ 16421010	<p>お見込みのとおりです。</p>
仕様書	想定										
支持アーム 178 Sa-6693715	支持アーム 176 Sa-6405976										
加温加湿器 PMH8000 619001	加温加湿器 PMH8000 16401010										
ホースヒーター中継ケーブル（デュアル） 51109	吸気呼気ヒーターワイヤ中継コード 16424040										
PMH8000用温湿度プローブ 51110	PMH8000用温湿度プローブ 16421010										