

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならぬ。

【仕様】

1 件名

重症系人工呼吸器の購入

2 構成内訳

「重症系人工呼吸器 機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 MEセンター

1式

4 納入期限

令和3年2月28日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1)保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2)保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

重症系人工呼吸器 機器構成

(1)フクダ電子社製 重症系人工呼吸器

品 名	規 格	メーカー	数量
重症系人工呼吸器	Servo-U	フクダ電子	1式
【内訳】			
人工呼吸器 本体	Servo-U		1式
モバイルカート U/n用	Sa-6693695		1式
専用ボックス U/n用	Sa-6693707		1式
ケーブルホルダー U/n用	Sa-6693747		1式
Yピースホルダー/フック U/n用	Sa-6880548		1式
支持アーム 178	Sa-6693715		1式
MKホースO2・K・3	Sa-Mkhose-O2K3		1式
MKホースAir・K・3	Sa-Mkhose-AirK3		1式
加温加湿器 PMH8000	619001		1式
ホースヒーター中継ケーブル(デュアル)	51109		1式
PMH8000用温湿度プローブ	51110		1式
加湿器ホルダー U/n用	Sa-6693735		1式
IVポール U/n用	Sa-6693722		1式
O2センサ(超音波式 Servo用)	Sa-6671467		1式
呼気カセット U/air用	Sa-6693752		1式
フィリップス社インターフェイス	TH-E000		1式

搬入・設置費及び設置に必要な付帯工事費および使用材料・部品等の費用を含むこと。

院内情報システム等との接続費用および使用材料・部品等の費用を含むこと。

機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。