

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

新生児用人工呼吸器の購入

2 構成内訳

「新生児用人工呼吸器 機器構成」のとおり。

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 NICU

2式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低1回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、付帯工事費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 現行機の個人情報消去後、引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (6) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

新生児用人工呼吸器 機器構成

(1)ドレーゲル社製 新生児用人工呼吸器

品名	規格	メーカー	数量
新生児用人工呼吸器	Babylog VN500	レーゲル	2式
【内訳】			
Babylog VN500本体 [PC-CMV/AC/SIMV/PSV,SPN-CPAP/PS]			2式
トローリー(標準レール/レールブラケット付)			2式
呼吸回路ホルダー			2式
テスト肺			2式
耐圧ホース(O2)5M			2式
耐圧ホース(Air)5M			2式
MR850加温加湿器ディスポーザブルセット			2式
HFOオプション			2式
換気オプション (VolumeGuarantee,PC-MMV)			2式
トレンド機能オプション			2式
NIVオプション			2式
PS500(外部バッテリー)			2式

または

(2)フクダ電子社製 新生児用人工呼吸器

品名	規格	メーカー	数量
新生児用人工呼吸器	SERVO N	フクダ電子	2式
【内訳】			
人工呼吸器 本体	SERVO N		2式
モバイルカート U/n用	Sa-6693695		2式
専用ボックス U/n/air用	Sa-6693707		2式
ケーブルホルダー U/n/air用	Sa6693747		2式
Yピースホルダー/フック U/n/air用	Sa-6880548		2式
支持アーム 178	Sa-6693715		2式
加湿器ホルダー U/n用	Sa-6693735		2式
MKホース O2・K・3	Sa-Mkhose-02K3		2式
MKホース Air・K・3	Sa-Mkhose-AirK3		2式
SERVO用バッテリー	Sa-68487180		2式
呼気カセット n用	Sa-6693750		2式
O2センサ(超音波式 SERVO用)	Sa-6671467		2式
ソフト(NIVオプション)n用	Sa-6880540		2式
ソフト(ハイフローオプション)n用	Sa-6885304		2式
ソフト(Yセンサーオプション)U用	Sa6880518		2式
Yセンサモジュール U/n用	Sa-6693662		2式
Yセンサ(新生児)ディスポ 5個入	Sa-6693667		2式
CO2/Yセンサアダプタ 10個入	Sa-6880104		2式
MR850 加温加湿器	MR850GJU		2式
DHヒータワイヤアダプタMR850RT用	900MR805		2式
温度センサ 1.5M MR850用	900MR869		2式
900MR012 ポール直 1M	900MR012		2式
900MR088レールブラケット	900MR088		2式
ソフト(HFOV)n用	Sa-6888011		2式
呼気ヒータ(サーボDUOガード用)	Sa-6693732		2式