

## 仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

### 【仕様】

#### 1 件名

体外式膜型人工肺(ECMO)の購入

#### 2 構成内訳

「体外式膜型人工肺(ECMO)機器構成」のとおり

#### 3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 MEセンター

1式

#### 4 納入期限

令和3年3月31日

#### 5 その他

本件調達物品の設置・調整等を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

## 【その他特記事項】

### 第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

### 第2 保証

#### (1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

#### (2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

### 第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

### 第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

### 第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低1回、説明会を実施すること。

### 第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 現行機の個人情報消去後、引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (6) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

## 体外式膜型人工肺(ECMO) 機器構成

### (1)テルモ社製 体外式膜型人工肺(ECMO)

品 名	規 格	メーカー	数量
体外式膜型人工肺(ECMO)			1式
【内訳】			
遠心ポンプ駆動装置	SP-200	テルモ	1式
体外循環用血液学的パラメータモニタ	CDI550	テルモ	1式
冷温水槽(架台搭載型)	CP4000H(T)	テクノウッド	1式
人工心肺用圧力計(2チャンネル)カルディアプレスユニバーサル		JMS	1式
微量用3連酸素ブレンダー(フラッシュ付)	OA2200FT	イワキ	1式

または、

### (2)泉工医科工業社製 体外式膜型人工肺(ECMO)

品 名	規 格	メーカー	数量
体外式膜型人工肺(ECMO)			1式
【内訳】			
遠心ポンプ駆動装置	HCS-CFP	泉工医科工業	1式
体外循環用血液学的パラメータモニタ	CDI550	テルモ	1式
微量用3連酸素ブレンダー(フラッシュ付)	OA2200FT	イワキ	1式