

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

ACU生体情報モニタの購入

2 構成内訳

「ACU生体情報モニタ機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 MEセンター
6式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1)保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2)保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

ACU生体情報モニタ 機器構成

(1)フィリップス社製 ACU生体情報モニタ

品名	規格	メーカー	数量
ACU生体情報モニタ	MX800	フィリップス	6式
【内訳】			
865240 IntelliVue MX800 生体情報モニタ		フィリップス	6
・A08 8-wave capability			
・E08 8-slot rack with MMS mount			
・取り付け金具			
・外部出力(心電図2、血圧1)			
IntelliVue X3 MMS (心電図/呼吸,非観血血圧,SpO2)			6
・観血血圧1ch,体温1ch			
867040 カプノグラフィ拡張モジュール			6
・観血血圧/体温機能 追加			
M1029A体温モジュール			6
深部温モニタスポットオン			6
989801196026 SpO2モジュール			2
M1034BxBISxパワータップ			1
・BISモジュールキット			
865351 MX40 2.4 GHz 送信機			3
心電図 + Fast SpO2測定			
989803171221 スマートホッピング2.4GHzアクセスポイント			2
989801191220 アクセスポイント取付金具			2
Philips IntelliVueインフォメーションセンタ iX			1
・PIIC iX リリース B ソフトウェア			
・PIIC iXネットワークDBモデル			
・ネットワークデータベース管理ベッドライセンス(9ベッド分)			
・7日間波形保存機能ライセンス(6ベッド分)			
・HL7エクスポート機能ライセンス(6ベッド分)			
・PC本体,キーボード,マウス			1
・UPSハードウェア, PDM			1
・24インチワイド液晶ディスプレイ			1
866427 ギガビットスイッチ(24ポートUTP+4ポートSFP+PoEモデル)			1
Root多項目モニタ			2
・Root多項目モニタ			
・RD SedLine kit			
・O3モジュール			
・Color Screen Handheld 9500			
865115 IntelliBridge EC10 外部機器接続モジュール			2
・RS232/LAN接続モデル			
・OPEN/IF			
865114 IntelliBridge EC5 IDモジュール			2
・Rootモニタ用			