

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

ICU用人工呼吸器の購入

2 構成内訳

「ICU用人工呼吸器機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 MEセンター
4式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書（紙ベースおよびPDFファイル等電子データ）を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 現行機の個人情報消去後、引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (6) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

ICU用人工呼吸器 機器構成

(1)ハミルトン社製 ICU用人工呼吸器

品名	規格	メーカー	数量
ICU用人工呼吸器	HAMILTON-C6	ハミルトン	4式
【内訳】			
ハミルトン-C6本体	HAMILTON-C6		4式
トローリーC6	HM160029		4式
呼気弁ユニット	V470A		8式
パラマグネティック酸素センサC6	HM160169		4式
クイックポジションアーム(C2用)	HM160153		4式
耐圧ホース酸素(川重)	VV121		4式
INTELLiVENTキットC6	HM160770		4式
P/VツールProオプションC6	HM160760		4式
Intellisync+オプションC6	HM160763		4式
High-FlowオプションC6	HM160762		4式
新生児オプションC6	HM160751		4式
nCPAPオプションC6	HM160752		4式
加温加湿器マウントC6	HM160969		4式
ハミルトンC2用アーム取付金具	HM160154		4式
ウォーターボトルホルダ	VV099		4式
フィンガープローブTL-201T	P225F		4式
CO2アダプタ ディスポ 成人/小児	V408		4式
加温加湿器(パシフィックメディコ製 PMH8000)			4式