

■ 【特定調達契約】MRI装置の購入及び保守点検業務委託一式質問回答

仕様書項番	業者質問	回答
MRI装置機器仕様書		
VI - 47	CD-R、DVD-Rは内蔵されておりません。外付けDVDドライブでよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
VI - 50	MRS処理に関しては、本体コンソールでの処理でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 本体コンソールでの処理も可能です。
VII - 78	CD及びDVに保存可能なことは外付けDVDドライブで対応でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
VII - 125	「心機能解析（心筋灌流画像解析、心筋重量測定、心筋輪郭自動抽出、心駆出率測定等）が可能なこと。」について、仕様を満たさないため削除または、外部接続のワークステーションで処理が可能に変更をお願いいたします。	外部接続のワークステーションで当該解析が可能であれば、そのワークステーションを含めることで、仕様書項目VII-125の仕様を満たすと判断します。
VII - 135	「脊椎撮像断面の自動設定機能を有すること。または、ディープラーニング技術を用いた自動設定機能を有すること。」に変更をお願いいたします。	仕様書のとおりです。 ただし、ディープラーニング技術を用いた自動設定機能を有することで、VII-135の仕様を満たすと判断します。
VII - 138	SyntheticMRIとは、マルチエコーのデータセットから様々なコントラスト合成画像が作成できる機能という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 マルチエコーのデータセットから様々なコントラスト合成画像を作成する機能です。
X - 166	杏林システマック株式会社より販売されている米国Iradimed社製Pim0t(3880-3/3885)を、3T対応のMRI室用患者モニター「Expression MR400」（株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン社製）と同等と認識してもよろしいでしょうか。小児3学会による「MRI検査時の鎮静に関する共同提言」で推奨されているパラメータ（ECG、カプノメータ、SPO2、血圧が成人、小児）が測定でき、操作室で確認できるようにリモートモニターを有しています。	お見込みのとおりです。 機能および実績が同等以上である事が必要です。
XI - 179	設置にあたり必要な電源設備の確認をお願いしたいと存じます。 弊社ご提案装置の電源は3相88kVAです。	既存装置は88k VA程度です。ただし、使用条件により異なりますので、必要に応じて設備工事を行ってください。
XI - 181	設置に関する建物上の与条件について、磁気・電波シールドに関してはシールド性能を担保するために既存利用ではなく、新たに施工し直すことが必須という認識でよろしいでしょうか。	想定されるMRI装置稼働期間において、支障をきたす恐れが無いが評価し、必要に応じて新たにシールド性能を担保する施工が必要です。
XI - 183	全てのオプションを備えることと記載がありますが、RFコイルに関しては、項目140～157の項目で選択したもの以外に、提案しているMRI機種種のオプション品として販売している全てのRFコイルを備えるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 仕様書の項目XI-183のとおり、提供できる全てのオプションを備えてください。
追加	「頭部撮像による3Dでの動き補正を有すること。」を追加要望いたします。	XI-183に記載している仕様書のとおりです。 提供できる全てのオプションを備えてください。
追加	「静音による撮像のために環境音+3dbでのスキヤンが可能であること。」を追加要望いたします。	XI-183に記載している仕様書のとおりです。 提供できる全てのオプションを備えてください。

追加	「DWIの歪み軽減のためにマルチショットタイプの拡散強調画像を撮像できること。」を追加要望いたします。	XI-183に記載している仕様書のとおりです。提供できる全てのオプションを備えてください。
追加	「頭部撮像において拡散強調画像の歪みを補正するための機能を有すること。」を追加要望いたします。	XI-183に記載している仕様書のとおりです。提供できる全てのオプションを備えてください。
追加	「小児専用コイルまたは、小児専用固定具を有すること。」を追加要望いたします。	XI-183に記載している仕様書のとおりです。提供できる全てのオプションを備えてください。

MRI装置保守業務委託仕様書

5	5. 対象機器「超電導磁石式全身用MRI装置 一式」とは、MR装置本体部分一式、すなわちMR装置機器仕様書に記載されている「X. 付属機器」は含まないという理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6 - (4)	6. (4)アップグレード・バージョンアップ対応「甲の依頼に基づき操作性や画質向上のためのソフトウェアおよびハードウェアのアップグレードを、適時行う。最低でも2年に一度は現状を見直し、最適化を行う。」に関して、当社では保守契約開始から4年間、ベースソフトウェアのバージョンアップ、およびベースソフトウェアのバージョンアップに伴い必要な場合に最新の操作コンソールへの更新（期間中1度）をするプログラム(Continuity)が提供可能です（契約期間中に提供可能なバージョンアップ/アップグレードが発売された場合のみ行います）。こちらのプログラムをご提供させて頂きますが、宜しいでしょうか。	仕様書のとおりです。
その他	MRI装置保守点検業務委託仕様書に記載されている対象機器とは、委託設計書の項目7の委託概要に記載されているとおり、提案するMRI装置メーカー社製品のみ全てを含むという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。