

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

鏡視下手術システムの購入

2 構成内訳

「鏡視下手術システム機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 4階手術室

2式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置・調整等を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低1回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 現行機の個人情報消去後、引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

鏡視下手術システム 機器構成

(1) ストライカー社製 鏡視下手術システム

品 名	規 格	メーカー	数量
鏡視下手術システム	1588 AIM	ストライカー	2式
【内訳】			
1588 AIM カメラコンソール ノーマルCHダブルセット組型番	1588-2CH-SET	ストライカー	1式
1588 AIM カメラコンソール	1588-010-000		1式
1588 AIM カプラー 18MM Cマウント	1588-020-122		2式
1588 AIM カメラヘッドCマウント	1588-210-105		2式
1588 AIM カメラコンソール	1588-010-000		1式
1588 AIM カメラヘッドCマウント	1588-210-105		1式
1588 AIM カプラー 18MM Cマウント	1588-020-122		1式
L10AIM 光源装置	0220-220-300		2式
4Kサージカルディスプレイ32インチ	0240-031-050		2式
ニューモクリア 気腹装置プラス ホースセットガスボンベ用ホース付き	0620050010JP2		2式
タンクヨーク ニューモクリア用	620010103		2式
タンクホース ニューモクリア用	620010104		2式
ニューモクリア 気腹装置 プラス	620050010		2式
POWER SUPPLY CORD US, 2.5M	620050917		2式
CO2スイッチング ハルブ気腹装置用	0620-030-503		2式
ガスボンベ用ホースセット タンクヨーク、タンクホース	0620010103/4JP		2式
タンクヨーク ニューモクリア用	620010103		2式
タンクホース ニューモクリア用	620010104		2式
メディカルHDLレコーダー SONY 1080P対応 3.5型LCDフロントモニター付	HVO-3300MT		2式
エンドカート4	F-NSK-006-00		2式
クレーンアーム(延長アーム付)	F-NSK-006-301		2式
ディスプレイカバー4Kサージカルディスプレイ用	0240-031-051		2式
AIM セーフライトケーブル	0233-050-300		3式
ESSTスコープアダプター ストルツ/ダイオニクス仕様	SR-233-50-87		4式
滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用L52 X W24 X H10 CM	0233-032-105		3式
滅菌ケース ラパロスコープ 2本用L45 X W9 X H5 CM	0233-032-108		2式
PRECISION IE ラパロスコープ10mm 30° オートクレーパブル 33cm	0502-103-030		2式
AIM ラパロスコープ 10MM 30°	0502-937-030		2式
ボンベラック 2個1組 フジフレックス製カート用	FT-0002		2式