

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

内視鏡センター用内視鏡システムの購入

2 構成内訳

「内視鏡センター用内視鏡システム機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 内視鏡センター

1式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置・調整等を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低1回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。
- (5) 超音波診断装置3年保守サポート(IVIZ AIR 3年保守サポート)費用を含むこと。

内視鏡センター用内視鏡システム 機器構成

(1)富士フィルムメディカル社製 内視鏡センター用内視鏡システム

品 名	規 格	メーカー	数量
内視鏡センター用内視鏡システム	LASEREO (7000システム)	富士フィルムメディカル	1式
【内訳】			
プロセッサー	VP-7000	富士フィルムメディカル	1式
光源装置	LL-7000		1式
光源装置	BL-7000+		1式
送水タンク	WT-4		2式
上部消化管用超音波内視鏡	EG-580UR		1式
下部消化管用拡大内視鏡	EC-L600ZP7		2式
カラー液晶ディスプレイ	EX2621-FJ		1式
システムカート	PC-45L		1式
SwissBit USB Flash Drive 4G	SwissBitUSB SFU24096E3BP2TO-I-D		1式
超音波観測装置	SU-1-H-(100V)トラックボールタイプ		1式
内視鏡用炭酸ガス装置	GW-100		1式
送ガス・送水ボタン	AW-604G		2式
送ガス・送水タンク	WT-04G		2式
ポンペホルダー	BH-01G		1式
超音波バルーン 20個入	B20UR		1式
iViz air コンベックスプローブ	FWT C5-2#		1式
iViz air タブレット表示器	FWU TAB A02-V3.0 #**		1式
iViz air 膀胱尿量自動計測ライセンス	FWU BLADDER MEAS SWL NE #		1式
iViz air 直腸観察ガイドライセンス	FWU RECTUM GUIDE SWL NE #		1式
iViz air アップグレード用ユーザガイド(V3.1)	FWU VUP KIT-V3.1 #		1式
iViz air アクセサリキット	IVIZ AIR ACCESSORY KIT VO1		1式