

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

整形外科外来超音波診断装置の購入

2 構成内訳

「整形外科外来超音波診断装置機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 整形外科外来
1式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1)保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2)保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書（紙ベースおよびPDFファイル等電子データ）を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 現行機の個人情報消去後、引き取りを行い、その費用を含むこと。
- (6) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

整形外科外来超音波診断装置 機器構成

(1) キヤノンメディカルシステムズ社製 整形外科外来超音波診断装置

品 名	規 格	メーカー	数量
整形外科外来超音波診断装置	Aplio i700	キャノンメディカルシステムズ	1式
【内訳】			
超音波診断装置	TUS-AI700/5J	キャノンメディカルシステムズ	1式
超音波診断装置本体			
液晶モニタ(23インチ)			
Cardiac Luminanceキット			
キーボード キット			
STCキット			
DICOMキット			
USB通信 dongle			
Fusion用アダプタキット	UAFS-001A		1式
Fusion用アダプタキット	UAFS-007A		1式
Fusion用アダプタキット	UAFS-008A		1式
磁気センサ機器キット			1式
Smart Fusionキット	USFN-AI900A		1式
Panoramic Viewキット	USPV-AI900A		1式
コンベックスプローブ	PVI-475BX		1式
マイクロコンベックスプローブ	PVI-482BX		1式
高周波リニアプローブ	PLI-1205BX		1式
高周波リニアプローブ	PLI-2004BX		1式
Ultra High Frequencyキット	USUH-AI700A		1式