

仕様書

納品にあたっては次の【仕様】及び【仕様その他特記事項】を満たすものでなければならない。

【仕様】

1 件名

筋電図・誘発電位検査装置の購入

2 構成内訳

「筋電図・誘発電位検査装置機器構成」のとおり

3 履行(納入場所および数量)

横浜市立大学附属病院 生理機能検査室
1式

4 納入期限

令和3年3月31日

5 その他

本件調達物品の設置、既設機器の撤去を行う事ほか、別紙【その他特記事項】のとおり

【その他特記事項】

第1 総則

- (1) 本件調達物件の納品にあたっては搬入・据付・調整を行うこと。
- (2) 納品後のサポートサービスの履行を行うこと。
- (3) 仕様の細部についてはすべて当院の承認及び指示をうけること。

第2 保証

(1) 保証書

納入時は、本仕様書に定める全ての機器の保証書を提出することとし、すべて製造元又は輸入元の社印及び代表者印を有し、製造元又は輸入元が発行したことが公知のものとする。

(2) 保証期間

納入後、1年以内に通常の使用により故障等が生じた場合は、受注者側の責任で遅滞なく修理又は交換しなければならない。

別に保証期間を定めた場合は、その保証期間によるものとする。

第3 受領検査

当院の指定する場所において、目視による外観点検及び動作試験を実施すること。

なお、その際取扱説明書(紙ベースおよびPDFファイル等電子データ)を提出するとともに、納入場所において取扱いについて説明を実施すること。

第4 修理対応等

修理対応等については、メーカーと連絡・調整を密に取り、迅速・誠実に対応すること。

第5 説明会

納品後に、取扱説明書を提出するとともに、当院及びメーカーと調整の上で最低 1 回、説明会を実施すること。

第6 その他

- (1) 設置のための輸送費、搬入費、調整費、その他設置に係る一切の費用を含むこと。
- (2) 納品日については、担当職員の指定する日程・時間に行うこと。
- (3) 詳細等については、別途打合せの上行うこと。
- (4) 院内情報システム等との接続費用を含むこと。
- (5) 機器の操作・制御・メンテナンス等にパソコンを使用する場合はウイルス対策が施されていること。

筋電図・誘発電位検査装置 機器構成

(1) 日本光電工業社製 筋電図・誘発電位検査装置

品 名	規 格	メーカ	数量
筋電図・誘発電位検査装置	MEB-2312	日本光電工業	1式
【内訳】			
筋電図・誘発電位検査装置 本体	MEB-2312	日本光電工業	1式
パソコンユニット	CC-230B		1式
電極接続箱	JB-212B		1式
定電流刺激ユニット	MS-230B		1式
操作パネルユニット	PV-230B		1式
液晶ディスプレイユニット	VL-230B		1式
レーザープリンタ	WL-230B		1式
架台	KD-030A		1式
アーム	KH-230B		1式
アクティブ電極ケーブル	BM-230B		1式
マルチインターフェースボックス	JJ-230B		1式
定電流刺激ユニット	MS-230B		1式
ディスプレイ	VD-403B		1式
LEDゴーグル	LS-102J		1式
刺激用イヤホン	YE-103J		1式
自律神経系検査プログラム	QP-259B		1式
事象関連電位検査プログラム	QP-260B		1式
NCS電極 NM-31 NM-317Y3	H690		1式
ディスポ同心針電極 NM-125C	H683		1式
ディスポ同心針電極 NM-437C	H683B		1式
中継コード BM-325C	K628B		1式
指電極 NM-450S	H653		1式
指電極 NM-451B	H659		1式
表面電極 NE-136B	H528		1式
接地電極 NM-505B	H664A		1式
接地電極 NM-506B	H662A		1式
接地電極 NM-551B	H658A		1式
脳波・筋電図用ペースト Z-181BE	F507		1式
皮膚前処理剤(スキンピュア) YZ-0019	F020		1式