

■ 手術室移動式X線透視装置の購入質問回答

仕様書項番	業者質問	回答
【その他特記事項】 第6（4）	<p>【仕様書】、【その他特記事項】において 第6 その他（4）院内情報システム等との接続費用を含むこと。 と記載がありますが、接続内容は下記で宜しいでしょうか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PACSとのDICOM Storage</li> <li>・放射線情報システムとのDICOM MWM, MPPS（ライセンス含む）</li> <li>・線量管理システムとのDICOM RDSR</li> </ul>	お見込みのとおりです。
	以下余白	