

■ 【特定調達契約】乳房×線撮影装置の購入について質問回答

仕様書項番	業者質問	回答
19	240mm×290mm以上の視野を有していればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
54	「EIZO社製マンモグラフィ読影用モニタ相当」と記載がございますが、JVC社製モニタでも宜しいでしょうか。	同等の性能を有し、仕様を満たすと判断いたします。
63	「任意の選択した画像のみ出力する機能」と記載がございますが、キー画像の出力という理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
80	「電子カルテ端末3台(外来1台、病棟2台)に富士フイルム社製マンモビューライセンスと同等品を用意すること。別サーバー、ビューを用意する場合はマンモ読影用モニタ5台(EIZO社製1RadiForceRX127030.9型 カラー液晶モニターと同等品)、専用ビュー端末5台用意すること(外来2台、病棟2台、放射線科1台)」と記載がございますが、外来1台、病棟2か所4台とし、マンモ読影用モニタを設置し、既存の電子カルテ端末に富士フイルム社製マンモビューライセンスを5台設置の対応でよろしいでしょうか。また、別サーバ、ビューの場合は専用ビュー端末を何台ご用意すればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。また、当項目について、2病棟に設置が必要なため別サーバー、ビューを用意する場合はマンモ読影用モニタ7台(EIZO社製1RadiForceRX 127030.9型 カラー液晶モニターと同等品)、専用ビュー端末7台用意すること(外来2台、病棟4台、放射線科1台)」と、解釈ください。
95	当社では1 shotファントムと同等の精度管理が可能だと判断しますので精度管理中央機構販売のDMQCファントムにて対応させていただきます。	仕様書のとおりです。同等の精度管理が可能なファントムを備える必要があります。
96	「精度管理用PC1台」と記載がございますが、指定機種がございましたらご教示ください。	仕様のとおりです。外部メディア出力、画像表示および編集等の精度管理に必要な機能を有する必要があります。
117	「設置後3年間は操作性や画質向上のためのソフトウェアおよびハードウェアのアップグレードが行われた場合、適時行うこと。また、その費用を含めること。」と記載がございますが、新製品が設置後3年以内に発売された場合には、装置を更新するという理解で宜しいでしょうか。	仕様のとおりです。アップグレードに係る費用は本調達費に含めてください。