

■ デジタル式歯科用パノラマX線診療装置の購入質問回答

仕様書項番等	業者質問	回答
2-8、2-9	<p>X線発生装置の制御方式および定格出力について この項目に関しまして発生回路内においてインバーター方式を用い、出力時に直流変換を行っている場合、本仕様を満たすとの判断でよろしいでしょうか？ また、定格出力は60-100kVの場合、本仕様を満たすとの判断でよろしいでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおりです。 2-8, 2-9の仕様を満たしていると判断します。</p>
6-33	<p>C T撮影範囲の設定可能で、最大撮影範囲がφ230mm×高さ160mm以上であること。 C T撮影範囲の設定が可能で歯科口腔領域が十分に撮像可能である最大撮影範囲がΦ150mm×140mmの場合、本仕様を満たすとの理解でよろしいでしょうか？</p>	<p>C T撮影機能において、歯科口腔領域の撮影範囲が十分網羅されているのであればΦ150mm×140mmは、6-33の仕様を満たしていると判断します。</p>
23-101	<p>セキュリティに関する要件 対応できかねますので、ご相談に応じていただけませんか？</p>	<p>仕様書の通りです。 当院関係部署と協議頂き、セキュリティ対策を行って頂く必要があります。</p>