

■ 顕微鏡システムの購入質問回答

仕様書項番等	業者質問	回答
顕微鏡システム機器構成	オリンパス社システム顕微鏡の型式末尾について、ハイフン以降の数字が出荷時期により変わる可能性があります。出荷ロットであり、製品仕様に相違はございませんので、同等という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
顕微鏡システム機器構成	オリンパス社システム顕微鏡プランアポクロマート対物レンズの型式についてUPLAPON2Xは PLAPON2X という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。