

## ■ 【特定調達契約】X線CT組み合わせ型ポジトロンCT(PET-CT)装置リース 質問回答

No.	業者質問	回答
1 (仕様書20)	当社提案装置では、撮影範囲を最大4領域に分けて設定する可変機能なので、要求仕様を満たすという解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2 (仕様書24)	「任意の範囲」とは、検出器の視野内での任意という解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3 (仕様書25)	「全てのオプション」とは、貴院様の検査用途を満たす「マルチベッド収集」「ダイナミック収集」「呼吸同期収集」「心電同期収集」「OSEM再構成」「DLR再構成」および「フラット天板」を含めれば問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
4 (仕様書38)	「CT逐次近似法」に関して、CT逐次近似応用再構成も含まれるという解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5 (仕様書50)	「解析ソフト全て」とは、貴院の検査用途を満たす「PET-CT Registration」「Follow up measurement」を含めれば問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
6 (仕様書69)	既存の線源保管庫が利用できる場合は、環境配慮（鉛の廃棄）のため、不要としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7 (仕様書70)	同等品のCT用造影剤注入装置（SmartShot）を提案しますが、よろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8 (仕様書71)	提案予定のSmartShotでご要求が満たせば、不要と解釈してもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9 (仕様書72)	ワークステーションは、XTREK Stationとし、Fusion Plusを含めることでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10 (仕様書89)	生データ保存PCおよびUPSを設置しデータの保護を図ることで、要求仕様を満たすと解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11 (仕様書100)	【入札説明書】履行（納入）期限・期間には、令和6年1月1日から令和15年3月31日と記載がございます。11ヶ月リース（メンテナンス含む）の解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。