

物品購入等仕様書

発注者所属	公立大学法人横浜市立大学医学部 循環制御医学教室	発注担当者名	教授 石川義弘 電話 045-787-2573
納入期限	2021年3月19日	部分払	<input checked="" type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する (回以内)
		用途	<input checked="" type="checkbox"/> 研究用 <input type="checkbox"/> その他 ()
納入場所	横浜市金沢区福浦3-9 医学部 循環制御医学教室 (基礎棟6F B-669)	その他	<input type="checkbox"/> 別紙あり

項目 (No)	品名	メーカー・型番 <input checked="" type="checkbox"/> 製品指定 <input type="checkbox"/> 同等品可	品質・形状等	数量 <input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算数量契約	単位
	マルチモードプレートリーダー Nivo S			1	式
	(内訳)				
	Nivo Sアドバンスモデル+ディスプレイ	パーキンエルマージャパン・HH35000511	マルチモードにて吸光度, 蛍光, 発光, 時間分解蛍光, 蛍光偏向の測定が可能。2chのディスプレイ搭載。	1	台
	Nivo 制御用PC	パーキンエルマージャパン・HH35000710	DELL製ノート型PCにてプレートリーダーの操作が可能なソフトをインストール済。	1	台
	データ解析ソフトウェア (My Assay Fro)	パーキンエルマージャパン・HH35001770	各種測定結果を用いて解析できるソフトウェア(ライセンスシート)	1	本
	Nivo フィルター	320/75mm HH35000947 340/20mm HH35000912 380/20mm HH35000914 510/30mm HH35000923 580/20mm HH35000932 620/10mm HH35000936 650/10mm HH35000941 665/8mm HH35000943	Nivo用のフィルター(15mm径)で内臓品。	各 1	個
	Nivo ダイクロイックミラー	D400 400nm HH35000971 D500 500nm HH35000973 D565 565nm HH35000974	Nivo用のミラーでスライドに搭載。	各 1	個

納入条件・製品保証等に関する仕様(必要事項にチェック)

- 納入時の据付調整、動作確認及びセットアップ
- 機器操作説明 (操作説明は実機を用いての説明を実施すること)
- 無償保証期間 : 納品検査完了日から起算して一年間
- 物件に関するサポートサービス(故障時対応、消耗品類供給、情報提供等)が可能であること

- 既存機器の撤去 梱包の開封 梱包材の撤去
- 納入時間帯指定(曜日・時間等)
- その他特記事項

※ 必要に応じて現場確認等を行うこと。

(備考)

(作成上の注意)

- ・発注に際しては、太枠内の各項目について記入してください。
- ・「納入条件・製品保証等に関する仕様」欄は必要に応じて記載してください。