

公立大学法人横浜市立大学				
物 品 購 入 等 仕 様 書				
件 名	原子間力顕微鏡アップグレード一式 (製品明細、別紙内訳書のとおり)			
納入(履行)場所	横浜市金沢区瀬戸22-2 公立大学法人横浜市立大学 金沢八景キャンパス 理学系研究棟109			
納入期限(履行期間)	<input checked="" type="checkbox"/> 契約締結した日から90日以内 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで			
支払方法	前金払	<input checked="" type="checkbox"/> しない	<input type="checkbox"/> する	
	部分払	<input checked="" type="checkbox"/> しない	<input type="checkbox"/> する(回以内)	
物品完納、受領検査合格の後、適法な請求書に基づく支払いとする。				
納入時の	<input checked="" type="checkbox"/> 据付調整, <input checked="" type="checkbox"/> 動作確認, <input type="checkbox"/> 既存機器撤去 を契約に含む。			
据付調整動作確認	本装置を据付調整の後、担当者立会いの下に動作確認及び性能試験を行い、本仕様を満たしていることを確認すること。			
機器操作説明	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 実機を用いての説明(取扱説明書に基づく口頭説明、他) 本システムに必要なマニュアル等は全て提出すること			
その他特記事項	梱包の封開	<input checked="" type="checkbox"/> 契約に含む <input type="checkbox"/> 契約に含まない	梱包材の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 契約に含む <input type="checkbox"/> 契約に含まない
	<ul style="list-style-type: none"> 機器搬入の際は、必要に応じて通路などを養生し、建物、その他設備などに損傷を与えないこと。 機器搬入及び設置に当たっては、本学の業務に支障を与えないよう短時間で行うこと。また、安全に留意し作業手順等を含めて検討し、事前に本学担当者と打合せを行うこと。 機器搬入及び設置に当たり疑義が生じた場合は双方で協議し、解決するものとする。 本契約の履行に当たり知り得た情報は、本学の承諾無く第三者に漏らしてはならない。 			
製品保証等	<ul style="list-style-type: none"> 納品者は、故障時のメーカー等への取次ぎ、消耗品の販売、情報提供等の必要なサポートサービスを確実に提供できる者であること。 納品者は、横浜市又は近隣に拠点があり、故障時に迅速な対応ができる者であること。 納品者は、大学又は研究機関に納入実績を有する者であること。 納入された製品は、その性能の範囲を外れた、又は本来の用法に反した使用の場合を除くほか、納品検査完了日から起算して1年間の無償保証とする。 			
発注担当	金沢八景キャンパス 教育推進課教務担当 Tel.045-787-2042 島田			
契約担当	金沢八景キャンパス 企画財務課財務担当 Tel.045-787-8902 大川			

(内 訳 書)				契約番号		
用 途	<input checked="" type="checkbox"/> 教育	<input checked="" type="checkbox"/> 研究	<input type="checkbox"/> 医療	<input type="checkbox"/> その他		
契 約 区 分	品 名	<input checked="" type="checkbox"/> 製品指定	<input type="checkbox"/> 仕様による			
	数 量	<input checked="" type="checkbox"/> 確定契約	<input type="checkbox"/> 概算数量契約			
	納 品	<input checked="" type="checkbox"/> 一括	<input type="checkbox"/> 分納			
契 約 金 額 (概 算)	—					うち取引に係る消費 (税額及び地方消費の) 額
品 名	製造・販売者	型 番 ・ 形 状	数 量	単 価	金 額	
原子間力顕微鏡(島津製作所・SPM-9600)アップグレード			1式	(円)	(円)	
<p>【構成内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●SPMアップグレード一式 HTスキャナー(10μm)交換 Windows10 PCへの対応 (PC本体を含む) 制御用ファームウェアの アップデート 計測用ソフトウェアのアップ デート ●周波数変調測定機能追加 一式 プログラマブルロックイン アンプ 位相検出機能 						
※製品の運搬搬入費用についても、入札金額に含めること。						
			合計金額 (税抜き)			