

質問回答書

令和3年10月28日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名： 【特定調達契約】透過型電子顕微鏡の購入

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学

研究基盤課 医学系研究費管理担当

電話 787-2735

メール fkenkyu@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<p><質問1></p> <p>品名/仕様等の基本要件の操作性について</p> <p>仕様：操作性 対物可動絞りの挿入・解除、絞り径の調節が遠隔操作で行える。その際、絞りの軸合わせを自動で行える。</p> <p>既設装置は、対物稼働絞りを出し入れすると、軸ずれが大きくなり、そのたびに、マニュアルで軸調整が必要でした。しかし、現在提案する装置は、対物稼働絞りを出し入れしても、軸ずれは殆どなく、軸調整は前の装置のように必須ではございません。その為、一度、軸合わせをしたら、絞りの軸合わせを自動で行う機能が無くても、十分にご使用が出来ると考えています。以上より、「絞りの軸合わせを自動で行える」の仕様を満たさずとも応札が出来るように認可を頂けませんでしょうか。</p> <p>対物稼働絞りの出し入れで、軸ずれが、大きく変化しない動画を準備しましたので、ご確認を頂ければ幸いです。</p>	<p><回答1></p> <p>仕様書記載の通り、絞りの軸合わせは自動で行えることが求められます。</p>

以上