

物品購入等仕様書

発注者所属	横浜市立大学医学研究科臓器再生医学	発注担当者名	助教 谷口 英樹 電話 045-787-8963
納入期限	令和 4年 3月 31日	部分払	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する (回以内)
		用途	<input type="checkbox"/> 研究用 <input type="checkbox"/> その他 ()
納入場所	横浜市金沢区福浦3-9 先端医科学研究棟3階 P312	その他	<input type="checkbox"/> 別紙あり

項目 (No)	品名	メーカー・型番 <input type="checkbox"/> 製品指定 <input type="checkbox"/> 同等品可	品質・形状等	数量 <input type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算数量契約	単位
1	THUNDERイメージングシステム (THUNDER Imager 3D 培養細胞)	ライカマイクロシステムズ社製		1	式

納入条件・製品保証等に関する仕様(必要事項にチェック)

- 納入時の据付調整、動作確認及びセットアップ
- 機器操作説明 (操作説明は実機を用いての説明を実施すること)
- 無償保証期間 : 納品検査完了日から起算して一年間
- 物件に関するサポートサービス(故障時対応、消耗品類供給、情報提供等)が可能であること

- 既存機器の撤去 梱包の開封 梱包材の撤去
- 納入時間帯指定(曜日・時間等)
- その他特記事項

※ 必要に応じて現場確認等を行うこと。

(備考)

(作成上の注意)

- ・発注に際しては、太枠内の各項目について記入してください。
- ・「納入条件・製品保証等に関する仕様」欄は必要に応じて記載してください。

【別紙】

ライカマイクロシステムズ社製 THUNDERイメージングシステム THUNDER Imager 3D培養細胞	
構成	THUNDER Imager DMi8
	THUNDER 3D DCV Power
	THUNDER 3D DCV Power
	クローズドループフォーカスAFC
	Quantum HS Scanning Stage
	N PLAN 5X/0.12 PH0
	PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1
	PL FLUOTAR L 20x/0.40 CORR PH1
	HC PL APO 20x/0.80
	HC PL APO 40x/0.95 CORR PH2
	外付高速フィルターEFW
	sCMOSカメラDFC9000 GTC
	蛍光LED光源LED8
	高感度・高速カラーカメラDFC7000T