

質問回答書

令和6年10月18日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件 名 : 遠心型血液成分分離装置の購入

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学
附属市民総合医療センター
経営企画課経営企画担当
電話 045-253-5322
メール ukeiyaku@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<質問1> 仕様書 Ⅲ納入条件等1納品(5)～撤去費用の一切は本体価格に含むこと。とありますが、廃棄業の資格が当社およびメーカーもないため出来ません。変更可能でしょうか。	<回答1> 撤去とは既存機器の設置場所から当院の指定場所への移動を想定しています。
<質問2> 仕様書 Ⅲ納入条件等2保守・メンテナンス(3)夜間、休日も含め迅速に現場に専門技術者を派遣できる体制であること。とありますが、基本夜間休日はコールセンター対応となり、迅速に派遣が出来るかが確約出来ません。変更可能でしょうか。	<回答2> 一次対応としてはコールセンターで構いません。
<質問3> 仕様書 Ⅲ納入条件等2保守・メンテナンス(6)本調達に関連する消耗品・交換部品等については、10年間以上の修理部品を確保すること。とありますが、10年間以上の修理部品を確保出来るかは確約出来ないとのこと。変更可能でしょうか。	<回答3> 代替手段も含めて10年間は対応していただく必要があります。

以上