

仕様書

- 件名 高画質術野映像記録保存システムの購入
- 1 概要 本件は、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする）手術室にて使用されている、高画質術野映像記録保存システム修理不能による購入を行うものである。
- 2 納入場所 横浜市立大学附属市民総合医療センター 手術室
- 3 納期 令和09年03月31日まで
- 4 購入品及び数量

No.	品名	規格	数量
	救急棟手術室内設備 【OR7】	-	1 式
1	SDIスイッチャー	ISA-U0808	1 式
2	HDMI to SDIコンバータ	USC-600	1 式
3	SDI to ANALOGコンバータ	VPC-DX1	1 式
4	Analog to HDMIコンバータ	VPC-MX1	1 式
5	タッチパネル制御システム	MCS-100	1 式
6	ネットワークスイッチ	-	1 式
7	4Kレコーダー	UR-NEXT4K	1 式
8	USB HDD	1TB	1 式
9	棚板等	-	1 式
	人工心肺用マルチビューア	-	1 式
10	マルチビューア装置	SMV-401	1 式
11	LAN->RS232C変換器	REX-ET60	1 式
12	DVI-HDMI変換ケーブル	-	1 式
13	HDMIエクステンダー	-	1 式
	壁掛けモニタ③、②の交換	-	1 式
14	43インチディスプレイモニタ	SHARP/PN-HY431	2 式
15	SDI/HDMIコンバータ	-	2 式
16	HDMIケーブル(1.5m)	-	2 式
17	アタッチメント金具	-	2 式
18	設置工事費	-	1 式
19	設計費等諸経費	-	1 式
20	システム設計費	-	1 式
21	ソフトウェア設計費	-	1 式
22	社内調整検査費	-	1 式
23	現地調整費	-	1 式
24	図書費	-	1 式

	救急棟手術室内設備 【OR3】	-	1 式
25	SDIスイッチャー	ISA-U0808	1 式
26	4KHDMIフレームシンクロナイザ	CRO-URS1	1 式
27	SDI to ANALOGコンバータ	VPC-DX1	1 式
28	タッチパネル制御システム	MCS-100	1 式
29	ネットワークスイッチ	-	1 式
30	4Kレコーダー	UR-NEXT4K	1 式
31	USB HDD	1TB	1 式
32	棚板等	-	1 式
33	設置工事費	-	1 式
34	設計費等諸経費	-	1 式
35	システム設計費	-	1 式
36	ソフトウェア設計費	-	1 式
37	社内調整検査費	-	1 式
38	現地調整費	-	1 式
39	図書費	-	1 式

- 5 納入条件等
- (1) 当院の指定の場所に納入すること。
 - (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること。
 - (3) 納入は令和09年03月31日までにすること。
 - (4) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いの下行うこと。
- 6 保守・メンテナンス
- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること。
 - (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後24時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること。
 - (3) 納入後1年間は通常使用により故障が発生した場合には無償修理にすること。
- 7 その他
- (1) 全ての配送や納入物品の組み立て、取り付け作業、撤去作業を含むものとする。
 - (2) 現行機器の廃棄の有無は別途担当者と相談し、現行機器が250kgを超過する場合は、250kg以下に分解または廃棄費用を本体価格に含むこと。
 - (3) 物品搬入の際は、必要に応じて通路などを養生し、建物、その他設備などに損傷を与えないこと。
 - (4) 上記以外で問題が発生した場合、双方の話し合いで解決する。