

仕 様 書

件名 ヘモスフィアスマートリカバリーの購入

1 概要 本件は、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする）臨床工学室にて管理されている、ヘモスフィアスマートリカバリーの購入を行うものである。

2 納入場所 横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床工学室

3 納期 令和08年03月31日まで

4 購入品及び数量

No.	品名	規格	数量
	ヘモスフィアスマートリカバリー	HEM7AQ2	1 式
	【内訳】		
1	モニタ本体	HEM1	1 式
2	バッテリーパック	HEMBAT10	1 式
3	ヘモスフィア圧ケーブル	HEMPSC100	1 式
4	ヘモスフィア圧出力ケーブル	HEMDPT1000	1 式
5	カテーテル接続ケーブル	70CC2	1 式
6	フローズルー注入液温度プローブ	93522	1 式
7	注入液温度測定プローブ	9850A	1 式
8	ヘモスフィア ロールスタンド	HEMRLSTD1000	1 式
9	スワンガンツモジュール	HEMSGM10	1 式
10	オキシメトリークレードル	HEMOXCR1000	1 式
11	ヘモスフィア オキシメトリーケーブル	HEMOXSC100	1 式

	外部機器接続モジュール	－	1 式
	【内訳】		
	865115 IntelliBridgeEC10 外部機器接続モジュール	－	
12	R232/LAN接続モデル	－	1 式
13	Edwards心機能モニタ HemoSphere用ドライバ	－	1 式
	865114 IntelliBridgeEC5 IDモジュール	－	
14	Edwards心機能モニタ HemoSphere用	－	1 式
15	IDモジュール接続ケーブル3m	－	1 式

- 5 納入条件等
- (1) 当院の指定の場所に納入すること。
 - (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること。
 - (3) 納入は令和08年03月31日までに行うこと。
 - (4) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いの下行うこと。
- 6 保守・メンテナンス
- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること。
 - (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後24時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること。
 - (3) 納入後1年間は通常使用により故障が発生した場合には無償修理に応じること。
- 7 その他
- (1) 全ての配送や納入物品の組み立て、取り付け作業を含むものとする。
 - (2) 物品搬入の際は、必要に応じて通路などを養生し、建物、その他設備などに損傷を与えないこと。
 - (3) 上記以外で問題が発生した場合、双方の話し合いで解決する。