

仕 様 書			
機器名		閉鎖型保育器	
要 求 条 件			
Ⅰ 機器構成内訳		型式	数量
1	インキュia 体重モニタ付	21592	3台
2	ネルコアSpO2ユニット デュアルインキュ・インキュ用	21631	3個
3	I.Vポール Fレール取付式	23720	3個
4	MFレール 左右兼用/Fレール取付式	23721	3個
5	マルチホルダー ベビーガード取付式	23719	3個
6	四連コンセントセット Fレール取付式	23725	3個
7	クランク型I.Vポール iシリーズ保育器用	21173	3個
8	ビリセラピースポットタイプ アームタイプ /Hi-Lo切替式/Fレール取付式	25301	3台
9	流量計付ブレンダOX-370 プリード切替式/レール取付	34569	3個
10	ブレンダホルダ（OX-370）	91282	3個
Ⅱ 接続に関する仕様			
Ⅲ 納入条件等			
1 納品			
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること。			
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること。			
(3) 機器の搬入、据え付け、調整を行うこと。			
(4) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること。			
(5) 配送費用・設置費用・撤去費用の一切は、本体価格に含むこと。			
(6) 設置作業の際には既存設備の機能を損なわないこと。			
(7) 病院躯体及び機器設置に伴う付帯工事は、当院管理の下、指示に従い施行すること。			
(8) 納品は、工事期間を含め令和8年3月31日までにを行うこと。			
(9) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること。			
(10) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること。			
2 保守・メンテナンス			
(1) 年間を通じ、故障の修理および定期点検を実施できる体制が整備されていること。			
(2) 通常の業務時間（平日8時から17時 ※土日祝日・年末年始は除く）においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること。			
(3) 納品後1年間は通常使用による故障（製品不良や工事不良等によるものと思われる故障等）が発生した場合は、無償修理あるいは無償交換対応とすること。（機器およびシステム等一式を含む）			
(4) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること。			
(5) 本調達に関連する消耗品・交換部品等については、6年間以上の修理部品を確保すること。			
3 教育			
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器について日本語版で1部以上用意すること。			
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。			
(3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と協議のうえ、必要な人員を派遣・確保し、十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること。			
4 その他			

(1)	契約時には、仕様書の要求条件を満たすことを証明する書類を提出し、承認を得ること。
(2)	入札直後の打ち合わせから検収までの期間に使用した資料、打ち合わせの内容は全て記録し、病院側と相互に内容を確認すること。議事録と資料はファイリングして複写を含め2部提出すること。
(3)	その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること。
以上	