

# 仕 様 書

## 装置名

光干渉断層計 (OCT)

## 装置説明

本装置は光を照射する事によって得られるエコー情報を再構築する事により、非接触・非侵襲的に網膜断層像を描出可能な眼科検査機器である。

## 要 求 事 項

### I. 装置内訳

	数量
カールツァイスメディテック社製 OCT (光干渉断層計) シラス HD-OCT Premium Model 6000	1 式

### 内 訳

(1) 本体	1 式
(2) Forum サーバーアップグレードキット	1 式
(3) プレミアム前眼部スキャンモジュール	1 式
(4) 近赤外可視光カメラ	1 式
(5) 機器接続用ケーブル、周辺機器	1 式

### II. 納入条件

#### 機器仕様

- (1) 12mm×12mm 以上の範囲で OCT アンギオグラフィー撮影が可能であること。
- (2) 100,000 A-Scan/sec 以上のスキャン速度を有していること。
- (3) 断層像撮影範囲が 12mm×12mm 以上、かつ 2.9mm 以上の深度まで撮影が可能であること。
- (4) 解像度が縦方向分解能 5 $\mu$ m 以上、横方向分解能 15 $\mu$ m 以上であること。
- (5) 検査員が操作するモニターが患者から見て左右いずれか 90 度の位置にあること。
- (6) 眼科ファイリングシステム Claio との接続費用を本体価格に含むこと。

#### 納品

- (1) 横浜市立大学附属市民総合医療センターの指定の場所に納入すること。
- (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること。

- (3) 配送費用一切は本体価格に含むこと。
- (4) 納入は令和2年6月30日までに行うこと。
- (5) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いの下行うこと。

#### 保守・メンテナンス

- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること。
- (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後24時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること。
- (3) 引き渡し後1年間は通常使用により故障が発生した場合には、無償修理に応じる  
こと。

#### 教育

- (1) 日本語版操作マニュアルを1部用意すること。
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。

#### その他

- (1) その他、明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議のうえ、決定する  
こと。