

仕 様 書

【装置名】

空気流動ベッド

【要求事項】

- | | 数量 |
|--|-----|
| I. 装置内訳 | |
| 空気流動ベッド | 1 式 |
| (1) ライフアイランドセブン 昇降機能体重計付 LIFEISLAND-7-SL | 1 式 |
| (2) LI-7 用サイドレール LI-7-SR | 1 式 |
| (3) LI-7 用バックフック (両サイド) LI-7-BH | 1 式 |
| (4) バックレスト A L-LAND3-20 | 1 式 |
| II. 納入条件 | |
| 1. 機器仕様 | |
| (1) 流動するセラミックビーズにより浮場サポートをする装置であること。患者状態に合わせて流動方式が選択(連続流動・間欠流動)、及び流動レベルの段階的選択が可能であること。 | |
| (2) セラミックビーズの温度設定が可能であること。 | |
| (3) 患者の体重と、設定時からの体重変化量が表示できる機能を有すること。 | |
| (4) セラミックビーズ槽に昇降機能を備え、看護者の負担軽減がはかれていること。 | |
| 2. 納品 | |
| (1) 横浜市立大学附属市民総合医療センターの指定場所に納入すること。 | |
| (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること。 | |
| (3) 配送費用・設置費用の一切は本体価格に含むこと。 | |
| (4) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いのもと行うこと。 | |
| 3. 保守・メンテナンス | |
| (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること。 | |
| (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後 24 時間以内(平日)に電話等により障害への対応が可能であること。 | |
| (3) 引き渡し後 1 年間は通常使用による故障(製品不良の疑いがある故障)が発生した場合には、無償修理あるいは無償交換を含め検討すること。 | |

4. 教育

- (1) 日本語版操作マニュアルを紙媒体、電子媒体で各 1 部用意すること。
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。

5. その他

- (1) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議の上、決定すること。