

令和3年1月19日

## 質問回答書

入札参加業者各位

横浜市立大学附属市民総合医療センター

**件名：【特定調達契約】全身用 X 線コンピュータ断層撮影装置の購入 一式**

上記件名に係る契約について、別紙のとおり質問がありましたので、回答します。

担当：横浜市立大学附属市民総合医療センター

経営企画課 経営企画担当

電話：045-253-5322

経営企画課 物品管理担当

電話：045-253-5306

入札参加予定者各位

## 回 答 書

契約番号 セ20036	件名 【特定調達契約】 全身用X線コンピュータ断層撮影装置の購入 一式
----------------	---

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

No.	質疑内容	回答内容
1	3) 128スライスとは、128DAS (Data Acquisition System)のことでよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。 ヘリカルおよびノンヘリカルスキャンともに、1回転あたり128枚の画像が生成されることです。
2	12) 弊社装置は実効値しか有しておりません。陽極蓄積熱容量実効30MHUで仕様を満たしますか。	ご理解の通りです。
3	13) 独国本社から弊社装置のデータが開示されておりません。項目削除は可能でしょうか。	仕様書記載の通りです。 御社内で確認をお願いします。 仕様の値を満たす能力を有していれば可とします。
4	14) 弊社装置は0.5mm以下は画像再構成スライス厚の解釈でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
5	32) 弊社装置は寝台を左右に動かす必要がなく、倍密サンプリングでオフセンターで画質FOVを50cm担保しておりますので仕様項目について不要と考えてよろしいでしょうか。	仕様書6)記載の通り、画像再構成領域(FOV)は最大が700mm以上必要です。
6	電気設備に関して当該装置電源仕様を満たすかどうか判断したいと存じますので貴院電気室及び設置場所電源ブレーカーの確認のため現地調査をお願いしたいと存じます。	現地説明会を開催します。詳細は本学ホームページに掲載しますので、ご確認ください。