

令和3年2月15日

質問回答書

入札参加業者各位

横浜市立大学附属市民総合医療センター

件名：移動型デジタル式汎用一体型 X線透視診断装置の購入

上記件名に係る契約について、別紙のとおり質問がありましたので、回答します。

担当：横浜市立大学附属市民総合医療センター

経営企画課 経営企画担当

電話：045-253-5322

経営企画課 物品管理担当

電話：045-253-5306

入札参加予定者各位

回 答 書

契約番号 セ20063	件 名 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置の購入
----------------	------------------------------

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

No.	質疑内容	回答内容
11.39)	その他 プリンターの仕様につきましては、「SONY UP-991AD」で宜しいでしょうか。	結構です。
14.43)	被ばく管理 当院既存の線量管理システムと接続し、被ばく線量を管理できること。につきまして、線量管理システム側の端末、そのライセンス、および接続に係る費用は別という認識でよろしいでしょうか。	11.37)の通り仕様には含みません。
16.47)	撤去 撤去、搬出、廃棄予定の現有装置のメーカーおよび型番をご教授ください。	Siemens社 ARCADIS Avantic になります。