

仕 様 書

1 装置名

内視鏡システム

2 装置説明

本機器は初療室で使用する内視鏡装置である

3 要求事項

【数量】

内視鏡装置

1 式

<内訳>

- | | |
|------------------------------|-----|
| (1) ビデオシステムセンター CV-1500 | 1 式 |
| (2) 4K UHD LCD モニター OEV321UH | 1 式 |
| (3) モニタースタンド | 1 式 |
| (4) 24 型高解像モニター AMM240ED | 1 式 |
| (5) モービルワークステーション WM-NP3 | 1 式 |
| (6) ケーブル類 | 1 式 |
| (7) 作業・移設費用 | 1 式 |

【納入条件】

I 機器仕様

- (1) 内視鏡装置本体は、当院保有の 290 シリーズスコープとの接続が可能であること
- (2) 内視鏡装置本体は、狭帯域の照明光を用いた観察 (NBI) 及び 赤色照明光を用いた観察 (RDI) が可能であること
- (3) 内視鏡装置本体は、デジタル信号として、12G-SDI の出力を備えていること
- (4) 4K UHD LCD モニターは画面サイズ 31.5 型であり、3840×2160 ピクセル程度の解像度を有していること
- (5) 4K UHD LCD モニターは 12G-SDI の入力端子を備えていること
- (6) モニタースタンドは、上記(2)の 31.5 型モニターを支える事ができること

- (7) 24 型高解像モニターは画面サイズ 24 型であり、1920×1200 ピクセル程度の解像度を有していること
- (8) 24 型高解像モニターは HD/SD SDI ならびに DVI の入力端子を備えていること
- (9) モービルワークステーションは、ブレーキ付きキャスターが 4 点あり、本体に付属されている絶縁トランスから、接続機器の全ての電源を付ける事ができること

II 納品

- (1) 横浜市立大学附属市民総合医療センターの指定の場所に納入すること
- (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること
- (3) 配送費用一切は本体価格に含むこと
- (4) 納入は令和 3 年 3 月 31 日までに行うこと
- (5) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いの下行うこと

III 保守・メンテナンス

- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること
- (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後 24 時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること
- (3) 引き渡し後 1 年間、通常使用により故障が発生した場合には無償修理に応じること

IV 教育

- (1) 日本語版操作マニュアルを 1 部以上用意すること
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること

V その他

- (1) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議の上、決定すること