

# 仕 様 書

## 1 件名

呼吸器病センター内科用気管支鏡の購入

## 2 装置名

気管支ビデオスコープ

## 3 装置説明

本機器は、内視鏡室などの検査室で使用する内視鏡スコープである

## 4 要求事項

**【数量】**

気管支鏡

1 式

<内訳>

- |                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| (1) 気管支ビデオスコープ          | BF-1TH1200 | 1 式 |
| (2) エアウェイマネジメントモバイルスコープ | MAF-TM2    | 1 式 |
| (3) 洗浄チューブ              | MAJ-1513   | 1 式 |

### 【納入条件】

#### I 機器仕様

- (1) 気管支ビデオスコープは、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院という。）保有のビデオシステムセンター（CV-290）本体との接続が可能であること
- (2) 気管支ビデオスコープは、スコープ操作部のリングを回すことで、挿入部を左右に最大 120 度まで回転させる事が出来ること
- (3) 気管支ビデオスコープは、先端部外径 5.8mm 以下、軟性部外径 6.1mm 以下であり、鉗子チャンネル径 3.0mm 以上を有していること
- (4) 気管支ビデオスコープは、挿入部有効長が 600mm 以下であること
- (5) エアウェイマネジメントモバイルスコープは、3.5 型モニターを搭載していること
- (6) エアウェイマネジメントモバイルスコープは、静止画・録画を本体内部の SD カードに記録する機能を有していること

- (7) エアウェイマネジメントモバイルスコープは、先端部外径 5.1mm 以下、軟性部外径 5.2mm 以下であり、鉗子チャンネル径 2.6mm 以上を有していること
- (8) エアウェイマネジメントモバイルスコープは、挿入部有効長が 600mm 以下であること

## II 納品

- (1) 当院指定の場所に納入すること
- (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること
- (3) 配送費用等一切は本体価格に含むこと
- (4) 納入は令和 3 年 9 月 30 日までにを行うこと
- (5) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いの下行うこと

## III 保守・メンテナンス

- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること
- (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後 24 時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること
- (3) 引き渡し後 1 年間、通常使用により故障が発生した場合には無償修理に応じること

## IV 教育

- (1) 日本語版操作マニュアルを 1 部以上用意すること
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること

## V その他

- (1) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議の上、決定すること