

仕 様 書

機器名	次世代シーケンサー
-----	-----------

要 求 条 件

I 機器構成内訳	品番	数量
NextSeq 1000システム（イルミナ株式会社）	20038898	1 式
DNA増幅装置		
シーケンサー		
コンピューター		
解析ソフト内蔵		
II 納入条件等		
1 納品		
(1)	横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること	
(2)	当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること	
(3)	機器の搬入、据え付け、調整を行うこと	
(4)	設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること	
(5)	配送費用等一切は本体価格に含むこと	
(6)	設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと	
(7)	納品は令和3年9月30日までにすること	
(8)	受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること	
(9)	機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること	
2 保守・メンテナンス		
(1)	発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること	
(2)	通常の業務時間においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること	
(3)	製品販売終了後5年間の部品供給を保証すること	
3 教育		
(1)	操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器についてデジタルデータを含めて日本語版で4部以上用意すること	
(2)	担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること	
(3)	導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と事前協議し、必要な人員を派遣し、無償で対応すること	
4 その他		
(1)	契約時には、仕様書の要求条件を満たすことを証明する書類を提出し、承認を得ること	
(2)	震災対策として振動、転倒等を防ぐための対策を行うこと	
(3)	入札直後の打ち合わせから検収までの期間に使用した資料、打ち合わせの内容は全て記録し、病院側と相互に内容確認すること。	
(4)	検収後の継続案件についても説明資料、修理レポートを随時提出すること	
(5)	本調達及び関連する業務に係るシステム構成図については、デジタルデータを含めて印刷物を4部提出すること	
(6)	その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること	