

仕 様 書

1 機器名

上部消化管汎用ビデオスコープ

2 機器説明

本機器は、内視鏡室などの検査室で使用する内視鏡スコープである

3 要求事項

【数量】

上部消化管汎用ビデオスコープ GIF-XZ1200

2セット

【納入条件】

1 機器仕様

- (1) 上部消化管汎用ビデオスコープは、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院という。）保有のビデオシステムセンターの2機種（CV-290／CV-1500）本体との接続が可能であること
- (2) 上部消化管汎用ビデオスコープは、先端部外径 9.9mm 以下、軟性部外径 9.9mm 以下であり、鉗子チャンネル径 2.8mm 以上を有していること
- (3) 上部消化管汎用ビデオスコープは、挿入部有効長が 1,030mm 以下であること
- (4) 上部消化管汎用ビデオスコープは、操作部に4つのスイッチを有しており、スイッチ2番の形状が大きく、ボタンが押しやすい設計であること

2 納品

- (1) 当院指定の場所に納入すること
- (2) 上記の場所から搬入可能であること。詳細は別途協議すること
- (3) 配送費用等の一切は本体価格に含むこと
- (4) 納入は令和4年2月28日までにを行うこと
- (5) 受入時の検収は、当院のスタッフ立会いのもと行うこと

3 保守・メンテナンス

- (1) 発生した故障の修理および定期点検を実施できる体制が整っていること
- (2) 通常使用で発生した故障に対して、障害発生後 24 時間以内（平日）に電話等により障害への対応が可能であること
- (3) 引き渡し後 1 年間、通常使用により故障が発生した場合には無償修理に応じること

4 教育

- (1) 日本語版操作マニュアルを 1 部以上用意すること
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること

5 その他

- (1) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議の上、決定すること