

# 仕 様 書

機器名	耳音響放射測定機能付聴覚誘発反応測定装置
機器構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エクリプス（機器本体・電源コード類含む）</li> <li>・ ASSR,ABR,DPOAE操作用ソフト（ノートパソコンにインストールすること）</li> <li>・ 顧客管理用ソフト（ノートパソコンにインストールすること）</li> <li>・ ノートパソコン</li> <li>・ インサートホン</li> <li>・ 気導ヘッドホン</li> <li>・ 骨導ヘッドホン</li> <li>・ 電源コード類</li> <li>・ プリンタ</li> <li>・ 専用カート</li> </ul>

## 要 求 条 件

I 機器構成内訳	品番	数量
1. エクリプス本体（電源コード類含む）	医療機器認証番号：224AABZX00070Z00	1 式
2. ASSR,ABR,DPOAE操作用ソフト（ノートパソコンにインストールすること）		1 式
3. 顧客管理用ソフト（ノートパソコンにインストールすること）		1 式
4. ノートパソコン		1 台
5. インサートホン		1 セット
6. 気導ヘッドホン		1 セット
7. 骨導ヘッドホン		1 セット
8. 電源コード類		1 式
9. プリンタ		1 台
10. 専用カート		1 台
<b>II 納入条件等</b>		
1 納品		
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院という。）の指定する場所に納品すること		
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること		
(3) 機器の搬入、据え付け、調整を行うこと		
(4) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること		
(5) 配送費用等一切は本体価格に含むこと		
(6) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと		
(7) 納品は令和5年3月31日までにを行うこと		
(8) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること		
(9) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、		
早急に原因を究明し問題解決を図ること		

2 保守・メンテナンス
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること
(2) 納入後、1年以内に通常使用により故障等が生じた場合は受注者側の責任により無償で修理または交換すること
(3) 通常の業務時間においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること
(4) 納入後、5年以上の部品供給を保証すること
3 教育
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器についてデジタルデータを含めて日本語版で2部以上用意すること
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること
(3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と事前協議し、必要な人員を派遣し、十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること
4 その他
(1) 契約時には、仕様書の要求条件を満たすことを証明する書類を提出し、承認を得ること
(2) 震災対策として振動、転倒等を防ぐための対策を行うこと
(3) 入札直後の打ち合わせから検収までの期間に使用した資料、打ち合わせの内容は全て記録し、病院側と相互に内容確認すること。議事録と資料はファイリングして複写を含め2部提出すること
(4) 検収後の継続案件についても議事録、課題管理表を作成し、随時提出すること
(5) 本調達及び関連する手術部業務に係るシステム構成図については、デジタルデータを含めて印刷物を2部提出すること
(6) その他、明記されてない事項で問題が生じた時は、別途協議のうえ決定すること