

# 仕 様 書

機器名	脳神経外科用ハイスピードドリル
-----	-----------------

## 要 求 条 件

I 機器構成内訳	数量
1 マイダスレックスMR8ハイスピードドリル	
1-1 I P Cコンソール	1
2 ハンドピース	
2-1 MR8電動式ハンドピース	2
3 アタッチメント	
3-1 パーフォレーターアタッチメント1000rpm	2
3-2 ガードバー付アタッチメントF2固定式	2
3-3 ストレートアタッチメント7cm	2
3-4 アングルアタッチメント7cm	2
3-5 アングルアタッチメント10cmダブルロック	1
4 周辺機器	
4-1 I P Cフットコントロール	1
4-2 電源コード	1
4-3 MR8インストゥルメントケース1/2D I N	2
II 納入条件等	
1 納品	
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする）の指定する場所に納品すること	
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること	
(3) 機器の搬入、据え付け、調整を行うこと	
(4) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること	
(5) 配送費用一切は本体価格に含むこと	
(6) 現有機器で不要となるものに関しては、必要に応じて撤去・搬出・廃棄を行うこと	
(7) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと	
(8) 納品は令和5年3月31日までにを行うこと	
(9) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること	
(10) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること	
2 保守・メンテナンス	
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること	
(2) 通常の業務時間においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること	
(3) 納入後、3年以上の部品供給を保証すること	
3 教育	
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器についてデジタルデータを含めて日本語版で2部以上用意すること	
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること	
(3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と事前協議し、必要な人員を派遣し、十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること	
4 その他	
(1) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること	