

仕 様 書

機器名

ホルター解析装置

要 求 条 件

I 機器構成内訳	型式	数量
1 ホルター解析装置（フクダ電子社製）	SCM-9000	1 台
2 ホルター記録器（フクダ電子社製）	FM-1500	5 台
3 部門システム接続等		1 式
II 接続に関する仕様		
(1) 当院の部門システムと接続し、検査結果は電子カルテから参照可能であること。		
(2) 見積りはシステム接続費用等工事一式も含まれた費用であること。		
III 納入条件等		
1 納品		
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること。		
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること。		
(3) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること。		
(4) 納品は既存機器を引取りし、配送費用等一切は本体価格に含むこと。		
(5) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと。		
(6) 納品は令和5年9月29日までに行うこと。納品までの間は代替品等で検査を継続させること。		
(7) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること。		
(8) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、 早急に原因を究明し問題解決を図ること。		
2 保守・メンテナンス		
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること。		
(2) 通常の業務時間（平日8時から18時※土日祝日・年末年始は除く）においては、ユーザーからの 障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること。		
(3) 引き渡し後1年間は通常使用による故障（製品不良や工事不良等によるものと思われる故障等） が発生した場合は、無償修理あるいは無償交換対応とすること。（機器およびシステム等一式を 含む）		
(4) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること。		
(5) 本調達に関連する交換部品等については、10年間以上の修理部品を確保すること。		
3 教育		
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けにデジタルデータを含めて日本語版で3部以上用意すること。		
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。		
(3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と事前協議し、必要な人員を派遣し、 十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること。		
4 その他		
(1) 契約時には、仕様書の要求条件を満たすことを証明する書類を提出し、承認を得ること。		
(2) 検収後の継続案件についても議事録、課題管理表を作成し、随時提出すること。		
(3) 本調達及び関連する業務に係るシステム構成図については、デジタルデータ含めて 印刷物を2部以上提出すること。		
(4) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること。		
以上		