

仕 様 書

機器名	全身型紫外線治療器		
要 求 条 件			
I 機器構成内訳		型式	数量
1	全身型紫外線治療器	ダブリン3シリーズ NeoLux モデル：X311-48 光源：NB-UVB48本	1 台
2	保護メガネ	9916860374	2 個
3	保護ゴーグル	9916860376	1 個
4	運搬設置費用		1 式
II 納入条件等			
1 機器仕様			
(1) 開扉時の寸法:135cm(W)×127cm(D)×220cm(H)以内であること。			
(2) 閉扉時の寸法:104cm(W)×102cm(D)×220cm(H)以内であること。			
(3) 立位での施術が可能であること。			
(4) 全身照射が可能であること。			
2 納品			
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること。			
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること。			
(3) 設置時まで装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること。			
(4) 現存機器の撤去および設置・配送費用等一切は本体価格に含むこと。			
(5) 付帯工事は、当院と事前協議し、指示に従い施工すること。			
(6) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと。			
(7) 納品は外来レイアウト変更（令和5年10月15日予定）のスケジュールに合わせること。			
(8) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること。			
(9) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること。			
3 保守・メンテナンス			
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること。			
(2) 通常の業務時間（平日8時から19時※土日祝日・年末年始は除く）においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること。			
(3) 土日、祝日、年末年始等に修理が発生した場合に、受付可能なコールセンターを備えていること。			
(4) 引き渡し後1年間は、無償保証とすること。			
(5) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること。			
(6) 本調達に関連する交換部品等については、10年間以上の修理部品を確保すること。			
4 教育			
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けにデジタルデータを含めて日本語版で3部以上用意すること。			
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。			
(3) 担当者が必要と認めた場合、繰り返し教育、訓練を行うこと。			
5 その他			
(1) その他、明記されていない事項で問題が生じた時は別途協議の上、決定すること。			