

# 質問回答書

令和5年9月20日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名：【特定調達契約】脳波計及び脳波ファイリングシステム他一式の購入

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学  
附属市民総合医療センター  
経営企画課経営企画担当  
電話 045-253-5322  
メール ukeiyaku@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<p>&lt;質問1&gt;</p> <p>1-2-(1)に『本システムで管理保存するデータは、脳波(患者映像)・筋電図・誘発電位を単一のデータベースで管理する機能を有すること。』とございますが現行機器で収録してきたデータ(過去データ)の管理についてはいかがでしょうか？</p>	<p>&lt;回答1&gt;</p> <p>現行機器で収録してきたデータは必ずしも単一のデータベースでの管理は要求していません。</p>
<p>&lt;質問2&gt;</p> <p>1-2-(5)に『サーバハードウェア・サーバプログラムに障害が発生した場合は、生理検査システム端末に随時通知する機能を有すること』とございますが生理検査システムとは現稼働中の『富士フイルム社』のシステムを指しますでしょうか？</p>	<p>&lt;回答2&gt;</p> <p>今回調達の脳神経ファイリングシステム(脳神経生理検査システム)端末を指します。</p>
<p>&lt;質問3&gt;</p> <p>1-4-(2)に『オーダー情報の受信タイミングは、オーダー新規発行時・患者受付時であること。』とございますがオーダーはどのシステムからの受信(送信)を想定されておりますでしょうか？また、患者受付はどのシステムにて行うのでしょうか？</p>	<p>&lt;回答3&gt;</p> <p>今回調達システムのオーダーは電子カルテから既存生理検査システム経由での受信、患者受付は既存生理検査システムを想定しています。</p>

以上