

# 仕 様 書

機器名 治療用電気手術器 一式

## 要 求 条 件

I 機器構成内訳		型式	数量
1	VIO3 4ソケット GIモデル DC	E125020	1 式
2	VIO3用1ペダルフットリモート付スイッチ	E12-3302 20188-350	1 式
3	VIO3用2ペダルフットリモート付スイッチ	E12-3303 20189-352	1 式
4	APC3 固定具	E12-3305 20180-141	1 式
5	エルベ VIO ワークステーションカート	E12-0548 20180-000 VIOワークステーション	1 式
6	エルベ ワイヤバスケット	E12-0554 20180-010	1 式
7	エルベ スタンダードドレール 260mm	E12-0549 20180-040	1 式
8	IES3 スモークエバキュエーターSP	E128077	1 式
9	IES用固定具	E120856	1 式
10	IES3用フィルターカートリッジ	E120892	1 式
11	モノボラケーブル3ピン オリンパス用	E12-1386 20192-135	1 式
12	アルゴンガス供給装置 APC-3-DC E125022	E12-5022	1 式
13	エルベ プレッシュャーレギュレータ	E12-0585 20134-005	1 式
14	アルゴンガスポンペ 5L	001-0103	1 式
III 納入条件等			
1 納品			
(1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること。			
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者との協議すること。			
(3) 設置時までに装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること。			
(4) 納品は既存機器を引取りし、設置・搬入費用等一切は本体価格に含むこと。			
(5) 設置時における電源設備等工事について、詳細は別途担当者との協議すること。また、電源費用等工事費用一切は本体価格に含むこと。			
(6) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと。			
(7) 納品は令和6年3月29日までに行うこと。納品までの間は代替品等で検査を継続させること。			
(8) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること。			
(9) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること。			
2 保守・メンテナンス			
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること。			
(2) 通常の業務時間（平日8時から18時※土日祝日・年末年始は除く）においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること。			
(3) 引き渡し後1年間は通常使用による故障（製品不良や工事不良等によるものと思われる故障等）が発生した場合は、無償修理あるいは無償交換対応とすること。（機器およびシステム等一式を含む）			
(4) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること。			
(5) 本調達に関連する交換部品等については、10年間以上の修理部品を確保すること。			
3 教育			
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けにデジタルデータを含めて日本語版で3部以上用意すること。			
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。			
(3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者との事前協議し、必要な人員を派遣し、十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること。			
4 その他			
(1) 契約時には、仕様書の要求条件を満たすことを証明する書類を提出し、承認を得ること。			
(2) 検収後の継続案件についても議事録、課題管理表を作成し、随時提出すること。			
(3) 本調達及び関連する業務に係るシステム構成図については、デジタルデータ含めて印刷物を2部以上提出すること。			
(4) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること。			
以上			