

仕 様 書

機器名

電子麻酔表記録装置

要 求 条 件

I 機器構成内訳

数量

フクダコーリン株式会社
電子麻酔表記録装置

1-1	Accumil N1シリーズ一式	1 式
1-2	Accumil N17シリーズ一式	1 式
1-3	電子麻酔表記録装置AR-U950 一式	1 式
1-4	電子麻酔表記録装置 センター機能 一式	
	・ HIS連携(NEC) ※HIS⇄麻酔記録	
	・ 患者基本情報DWH取得	
	・ 麻酔記録PDF送信 (XML:FTP送信)	

※機器内訳別紙

II 接続に関する仕様

- (1) 当院の電子カルテシステムと接続し、記録内容は電子カルテから参照可能であること。
- (2) 見積りはシステム接続費用等工事一式も含まれた費用であること。(電子カルテ側の改修は含まない)

III 納入条件等

1 納品

- (1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、当院とする。）の指定する場所に納品すること
- (2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること
- (3) 機器の搬入、据え付け、調整を行うこと
- (4) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること
- (5) 納品は既存機器を引取りし、配送費用等一切は本体価格に含むこと
- (6) 現有機器で不要となるものに関しては、必要に応じて撤去等を行うこと
- (7) 設置及び、撤去作業によって、既存設備の機能を損なわないこと
- (8) 納品は令和6年3月29日までにを行うこと
- (9) 受入試験は、当院スタッフ立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること
- (10) 機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生した場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること

2 保守・メンテナンス

- (1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること
- (2) 通常の業務時間（平日8時から18時※土日祝日・年末年始は除く）においては、ユーザーからの障害連絡後、速やかに対応できる体制が整っていること
- (3) 引き渡し後1年間は通常使用による故障（製品不良や工事不良等によるものと思われる故障等）が発生した場合は、無償修理あるいは無償交換対応とすること。（機器およびシステム等一式を含む）
- (4) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること。
- (5) 本調達に関連する交換部品等については、7年以上の部品供給を保証すること

3 教育

- (1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器についてデジタルデータを含めて日本語版で2部以上用意すること
- (2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること
- (3) 導入時研修における取扱説明や教育訓練は担当者と事前協議し、必要な人員を派遣し、十分な技術を取得するまでの期間、無償で対応すること

4 その他

- (1) 震災対策として振動、転倒等を防ぐための対策を行うこと
- (2) その他、本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途誠実に協議のうえ、決定すること

【別紙】機器内訳

	品名・仕様	型式	数量
01	麻酔記録装置用トロリー	OTO-14	1
02	麻酔記録装置用トロリーアップユニット	OTO-14-U	1
03	ベッドレイル／ポールクランプ TypeV V5000	HXA-MOUNT-VSBRP	1
04	モニタハンドル	HXA-MOUNT-V5H-DL	1
05	ネルコアエクステンションケーブル TypeV	HXA-VCD-MJ-EXTC	1
06	GSカフ MサイズR 17.5cm	COL-CUFF-MRA	1
07	エアホースグリーンV（成人／児童用）3.5m	HXA-CUF I-IV-GR35	1
08	ECGケーブル3／5リード 成人・小児用 TypeV	HXA-VECG-3SAP	1
09	ECGリード線3リードクリップ成人・小児用 TypeV	HXA-VECG-3CA I	1
10	生体情報モニタ AccuMil Nコンパクトシリーズ	COL-NI-IONC	1
11	NI2/15/I7用GCXマウント変換アダプタ	COL-MOUNT-NADP	1
12	ワイヤレスバーコードリーダー 1D用	COL-SYS-BCDW 1D	1
13	生体情報モニタ AccuMil Nシリーズ	COL-NI7-B	1
14	電子麻酔表記録装置 AR-U950 ライセンス	AR-U950	1
15	電子麻酔表記録装置 AR-U950 PC	AR-U950PC	1
16	電子麻酔表記録装置 /¥R-U950 ディスプレイ	AR-U950DP	1
17	CMFI-500 アイソレーション電源	CMFI-500	1
18	バックアップHDD 2TB	COL-BKUP-HDD2T	1
19	無停電電源装置 BR400S-JP	COL-OT IER-BR400	1
20	AR-U900 HIS連携貨用	OHK-ISTAR-HIS	1
21	OS麻酔記録 AR 接続オプション	DSN-OT HER-CNTR	1
22	DS麻酔記録システム	DSN-OTHER-SYSTEM	1
23	センター端末ハードウェア	OTH-SYSTEM-CNTR	1
24	導入立ち合い作業・調整費等	COL-ISTAR-CNTR	1