

# 仕 様 書

機器名	超音波手術器
要 求 条 件	
<b>I 機器構成内訳</b>	
	数量
日本ストライカー株式会社 SONOPET IQ	1 式
1 SONOPET IQ コンソール 5500-050-000	1
2 SONOPET IQ 25kHz 7 アンゲルハンドピース 5500-255-000	2
3 SONOPET IQ 滅菌ケース 5500-800-278	2
4 M トルクレンチ未滅菌 (HMF-040) 25MA用 5450-800-039	2
5 SONOPET IQ ワイヤレスフットスイッチ 5500-008-000	1
6 SONOPET IQ フットスイッチアドバンスドタイプ 5500-007-000	1
7 SONOPET IQ 専用カート 5450-850-410	1
<b>II 納入条件等</b>	
1 納品	
(1) 当院の指定する場所に納品すること	
(2) 当院の指定する場所から搬入可能であること。詳細は別途担当者と協議すること	
(3) 機器の搬入、据え付け、調整を行うこと	
(4) 稼働に支障が出る問題が発生した場合は、追加器材、追加作業は負担すること	
(5) 設置時までには装置等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること	
(6) 付帯工事は当院と事前協議し、指示に従い施行すること	
(7) 配送費用一切は本体価格に含むこと	
(8) 現有機器で不要となるものに関しては、必要に応じて撤去・搬出・廃棄を行うこと	
(9) 納入は令和6年3月29日までにを行うこと	
2 保守・メンテナンス	
(1) 発生した故障の修理、および定期点検を実施できる体制が整っていること	
(2) 障害発生時は当院が指定する業務時間帯において修理部門と連絡の取れ、障害に対応できる体制を確保していること	
(3) 引き渡し後1年間は通常使用による故障（製品不良や工事不良等によるものと思われる故障等）が発生した場合は、無償修理あるいは無償交換対応とすること	
(4) 障害及び修理対応した場合、対応報告書を提出すること	
3 教育	
(1) 操作マニュアルは、管理者及び操作者向けに全ての機器・機能についてデジタルデータを含めて日本語版で2部以上用意すること	
(2) 担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること	
4 その他	
(1) その他、明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議のうえ決定すること	