

物品購入等仕様書

発注部門	横浜市立大学附属 市民総合医療センター 管理部 物品管理担当	担当者名	角野 電 話 253-5306
納入期間	令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日 まで	部分払	す る (12 回以内)
納入場所	南区浦舟町4-57 横浜市立大学附属 市民総合医療センター	用 途	診療材料(医療用ガス)

医療用ガス（ボンベ等）の購入について

- 1 購入品目 医療用炭酸ガス他 13品目

別紙、「購入物品等仕様内訳書」のとおり
- 2 納品場所 当院が指定する当院内各部署

- 3 契約区分 概算契約（概算数量契約）

購入物品等仕様内訳書に記載した購入数量は、年間を通じた概算数量です。
- 4 部分払の基準

履行予定	数 量	単 位	金 額
毎 月	1 2	か月	当該月の納入実績による (単価に確定した数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した額)
- 5 発注・納品条件

納入場所及び納入数量・納入回数（週二回以上）については、当院が指示する場所へ指示する方法で定期的に行うものとします。

なお、納入方法については適時見直しを行います。

また上記納入方法で不足が生じた場合は、
臨時発注・臨時納品に応じることとします。
- 6 その他特約事項

この契約は、令和6年度予算が決定されることを条件とする案件です。

停止条件が解除されないときは契約が成立しません。

【購入物品等仕様内訳書】

1 購入品目 医療用ガス(ボンベ等)

No.	品名	規格	搬入場所	ボンベ口径	容器色	製造元 販売元	R6見込	金額
1	3種混合ガス	CO2 6%+O2 5% +N2 BAL 47L	中央手術室、培養室	W22-14 OR	灰色	不指定	(18)	
2	4種混合ガス	CO 0.3%+He 10%+O2 20+ N2 10L	中央手術室	W22-14 OR	灰色	不指定	(7)	
3	酸素ガス	1500L	センターカー内	W22-14 OR	黒	不指定	(9)	
4	酸素ガス	500L	SPD倉庫 他計11	W22-14 OR	黒	不指定	(4,400)	
5	酸素ガス	500L 一体型	臨床工学担当(ECMO用)	アウトレット・ホースなし	黒	不指定	(10)	
6	窒素ガス	1500L	放射線部血管撮影室	W22-14 OR	灰色	不指定	(6)	
7	窒素ガス	7000L	培養室	W22-14 OR	灰色	不指定	(27)	
8	炭酸ガス	30.0kg	臨床検査部 培養室	W22-14 OR	緑	不指定	(3)	
9	液体窒素	1.0L	培養室、皮膚科処置室	保存容器へ移充填		不指定	(4,100)	
10	医療用炭酸ガス	CO2 2.2kg	中央手術室 他計6	医療用ヨークバルブ	緑	不指定	(897)	
11	医療用炭酸ガス	CO2 6.6kg	中央手術室、本館手術室	医療用ヨークバルブ	緑	不指定	(142)	
12	医療用炭酸ガス	CO2 26.8kg	内視鏡室、本館手術室	W27-P2 右ネジ	緑	不指定	(105)	
13	ドライアイス	1kg	病理部			不指定	(417)	
							小計	
							消費税	
							合計	

2 購入条件

- (1) No.4医療用酸素ガス500Lについては、G-37型の開閉表示付バルブ及びアルミまたはクロモリブデン鋼のボンベを採用すること。
- (2) No.5医療用酸素ガス500Lについては、アウトレットとホース差しの2つの機能を有し一体型容器(元栓なし)であること。
一体型容器については納品業者が用意するものとする。
- (3) ボンベは、高圧ガス容器としての耐性を有していること。