

# 臨床検査基準値一覧

検査前管理手順（添付15-検査案内-3院内項目一覧 第10版）より抜粋

## 2025年 4月15日版

### 変更内容

- 2022年8月1日 SAA基準値,単位変更(2022/3/17)  
PIVKA II 測定法変更(2022/4/1測定法変更、基準値変更なし)  
 $\alpha$ フェトプロテイン分画削除(2022/4/1より外部委託)  
髄液・体液沈査削除(2022/4/30測定終了)  
血小板粘着能削除(2022/5/31測定終了)
- 2023年6月1日 関節液検査(2022/4/1)  
FilmArray髄膜炎・脳炎パネル(2022/12/1)  
FilmArray呼吸器パネル(2022/12/1)  
尿定性外観的(色調・濁度)検査追加(2022/12/28)  
尿沈渣測定法変更(2022/12/28)  
Ca測定法変更(2022/12/28)  
CK-Mb測定法,単位変更(2022/12/28)  
髄液細胞数基準値表記変更(2023/1/4)  
亜鉛(Zn)(2023/1/4より院内導入)  
アルカリフォスファターゼ小児基準値追加(2023/2/2)  
葉酸,ビタミンB12(2023/4/1院内導入)  
 $\beta$ Dグルカン測定法変更(2023/4/5)  
梅毒RPR定量検査(2023/5/1より院内導入)
- 2023年12月25日 サイトメガロウイルス核酸定量院内導入(2023/12/20より)
- 2024年3月1日 末梢血液像(自動法-好中球)基準値訂正
- 2024年9月20日 SARS-CoV-2抗原(2022/10/24院内導入)  
可用性フィブリン:SF削除(2024/8/1より外部委託)  
テストステロン削除(2024/9/12より外部委託)
- 2025年4月15日 IL-6削除(2024/12/6より外部委託)  
梅毒TP抗体定量(2025/3/21より院内導入)  
梅毒TP抗体測定法変更(2025/3/24)  
精液検査 削除(2025/4/1より中止)

公立大学法人横浜市立大学附属病院  
臨床検査部・輸血細胞治療部・病理部

QP20検査前管理手順添付15-検査案内3から抜粋した基準値表を  
臨床検査基準値一覧とし、2020年3月2日版を第1版とする。

| 検査項目                 | 検査室         | 検査方法                                  | 材料                  | 採取量       | 容器                      | 基準値                                                                         | 出典元 |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| インフルエンザウイルス抗原        | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 鼻腔ぬぐい液              | 特になし      | 輸送容器、専用綿棒               | インセイ                                                                        | 3   |
| R S ウイルス抗原           | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 鼻腔ぬぐい液              | 特になし      | 輸送容器、専用綿棒               | インセイ                                                                        | 3   |
| アデノウイルス抗原            | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液      | 特になし      | 輸送容器、専用綿棒               | インセイ                                                                        | 3   |
| A群β溶連菌抗原             | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 咽頭ぬぐい液              | 特になし      | 輸送容器、専用綿棒               | インセイ                                                                        | 3   |
| 尿中肺炎球菌抗原             | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 尿                   | 尿1.0mL    | 滅菌カップ<br>滅菌スピンツ         | インセイ                                                                        | 3   |
| 尿中レジオネラ抗原            | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 尿                   | 尿1.0mL    | 滅菌カップ<br>滅菌スピンツ         | インセイ                                                                        | 3   |
| C．ディフィシル毒素           | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 糞便                  | 0.5g      | 採便容器、滅菌カップ              | インセイ                                                                        | 3   |
| ロタウイルス抗原             | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 糞便                  | 0.5g      | 採便容器                    | インセイ                                                                        | 3   |
| アデノウイルス抗原            | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 糞便                  | 0.5g      | 採便容器                    | インセイ                                                                        | 3   |
| ピロリ抗原                | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 糞便                  | 0.5g      | ヘリコバクター・ピロリの便採取容器       | インセイ                                                                        | 3   |
| ノロウイルス抗原             | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 糞便                  | 0.5g      | 採便容器                    | インセイ                                                                        | 3   |
| クリプトコッカス抗原           | 医生物検査室      | 逆受身ラテックス凝集反応                          | 髄液                  | 髄液1.0mL   | 滅菌スピンツ                  | インセイ                                                                        | 3   |
| 細菌性髄膜炎抗原（肺炎球菌抗原）     | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 髄液                  | 髄液1.0mL   | 滅菌スピンツ                  | インセイ                                                                        | 3   |
| 細菌性髄膜炎抗原（ヘモフィルスb型抗原） | 医生物検査室      | ラテックス凝集法                              | 髄液                  | 髄液1.0mL   | 滅菌スピンツ                  | インセイ                                                                        | 3   |
| マイコプラズマ抗原            | 医生物検査室      | イムノクロマト法                              | 咽頭ぬぐい液              | 特になし      | 輸送容器、専用綿棒               | インセイ                                                                        | 3   |
| FilmArray髄膜炎・脳炎パネル   | 医生物検査室      | マルチプレックスPCR                           | 髄液                  | 髄液0.5mL   | 滅菌スピンツ                  | インセイ                                                                        | 3   |
| FilmArray呼吸器パネル      | 医生物検査室      | マルチプレックスPCR                           | 鼻腔ぬぐい液              | 特になし      | 専用液入り滅菌スピンツ(赤キャップ)、専用綿棒 | インセイ                                                                        | 3   |
| Gene Xpert           | 医生物検査室      | リアルタイムPCR法                            | 咽頭ぬぐい液、喀痰・唾液        | 特になし      | 専用液入り滅菌スピンツ(赤キャップ)、専用綿棒 | インセイ                                                                        | 3   |
| グラム染色                | 医生物検査室      | Bartholomew & Mittwer 山中変法            | 呼吸器、組織、カテーテル、液状検体など | 採取可能量     | 滅菌容器                    | 材料によるため該当なし                                                                 | 1   |
| 抗酸菌染色                | 医生物検査室      | ・チールネルゼン染色<br>・蛍光染色                   | 呼吸器、組織、液状検体など       | 採取可能量     | 滅菌容器                    | 陰性                                                                          | 10  |
| 気管支肺胞洗浄液             | 検体検査室（一般部門） | 遠心分離細胞数算定細胞分画測定                       | 気管支肺胞洗浄液            | BAL 2,3全量 | 気管吸引用キット専用スピンツ          | マクロファージ 78.1～97.9%<br>リンパ球 1.7～20.3%<br>好中球 0.0～2.3%<br>好酸球 <1%<br>好塩基球 <1% | 1   |
| 尿-比重半定量              | 検体検査室（一般部門） | 反射型屈折率測定法                             | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | 1.005～1.030                                                                 | 1   |
| 尿-pH半定量              | 検体検査室（一般部門） | pH指示薬法                                | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | pH4.5～7.5                                                                   | 1   |
| 尿-蛋白半定量              | 検体検査室（一般部門） | pH指示薬のタンパク誤差反応                        | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-潜血反応               | 検体検査室（一般部門） | ヘモグロビン(Hb)のペルオキシダーゼ様作用                | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-白血球反応              | 検体検査室（一般部門） | 白血球のエステラーゼ活性法                         | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-亜硝酸塩反応             | 検体検査室（一般部門） | グリース反応                                | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-糖半定量               | 検体検査室（一般部門） | 酵素法（GOD(グルコースオキシダーゼ), POD(ペルオキシダーゼ)法) | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-アセトン体              | 検体検査室（一般部門） | アルカリニトロブルシド法                          | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |
| 尿-ビリルビン              | 検体検査室（一般部門） | アゾカップリング法                             | 尿                   | 尿10mL     | 尿カップ                    | －                                                                           | 1   |

| 検査項目                        | 検査室             | 検査方法                   | 材料 | 採取量     | 容器                | 基準値                                | 出典元 |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|----|---------|-------------------|------------------------------------|-----|
| 尿-ウロビリノーゲン                  | 検体検査室<br>(一般部門) | アゾカップリング法              | 尿  | 尿10mL   | 尿カップ <sup>o</sup> | ±                                  | 1   |
| 尿-外観的(色調・濁度)検査              | 検体検査室<br>(一般部門) | 比色測定法                  | 尿  | 尿10mL   | 尿カップ <sup>o</sup> | 該当なし                               | 1   |
| 尿-沈渣                        | 検体検査室<br>(一般部門) | ア:フローサイトメトリー法<br>イ:鏡検法 | 尿  | 尿10mL   | 尿カップ <sup>o</sup> | 赤血球: ≤4個/HPF<br>白血球: ≤4個/HPF       | 5   |
| 尿-蛋白                        | 検体検査室<br>(一般部門) | ピロガロールレッド法             | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 20～120mg/day                       | 1   |
| μ-A L B                     | 検体検査室<br>(一般部門) | 免疫比濁法                  | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 5.7±2.6mg/日<br>蓄尿 ≤18.6mg/g・Cre    | 1   |
| 尿-N a                       | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 1.6～5.8g/day(70-250 mmol/day)      | 1   |
| 尿-K                         | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 1～3.9g/day(25-100 mmol/day)        | 1   |
| 尿-C l                       | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 2.5～8.9g/day(70-250 mmol/day)      | 1   |
| 尿-C a                       | 検体検査室<br>(一般部門) | アルセナゾⅢを使用した化学反応法       | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 0.1～0.2g/day                       | 1   |
| 尿-M g                       | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                    | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 0.02～0.16g/day                     | 5   |
| 尿-無機リン                      | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                    | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 0.5～1.0g/day                       | 1   |
| 尿-尿素窒素                      | 検体検査室<br>(一般部門) | ウレアーゼGLDH法(アンモニア消去法)   | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 6.5～13.0g/day                      | 1   |
| 尿-クレアチニン                    | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                    | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 0.5～1.5g/day                       | 1   |
| 尿-尿酸                        | 検体検査室<br>(一般部門) | ウリカーゼ-POD法(酵素法)        | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 0.4～0.8g/day                       | 1   |
| 尿-グルコース                     | 検体検査室<br>(一般部門) | GOD固定化酵素酸素電極法          | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 40～85mg/day                        | 1   |
| 尿-N A G                     | 検体検査室<br>(一般部門) | 合成基質MPT-NAG法           | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | M:1.9～8.7 U/day<br>F:1.3～4.5 U/day | 1   |
| 尿-β <sub>2</sub> マイクログロブリン  | 検体検査室<br>(一般部門) | ラテックス凝集法               | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 11～253 μg/day                      | 1   |
| 尿-アミラーゼ                     | 検体検査室<br>(一般部門) | JSCC標準化対応法(Et-G7-PNP法) | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 50～500 U/L                         | 1   |
| 尿-ミオグロビン                    | 検体検査室<br>(一般部門) | ラテックス免疫比濁法             | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 該当なし                               | 10  |
| 尿-浸透圧                       | 検体検査室<br>(一般部門) | 過冷却氷点降下法               | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 50～1300mOsm/Kg・H2O                 | 1   |
| 尿-I g G                     | 検体検査室<br>(一般部門) | 免疫比濁法                  | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 該当なし                               | 10  |
| 尿-亜鉛                        | 検体検査室<br>(一般部門) | 比色法                    | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | 300～700 μg/day                     | 3   |
| 尿中乱用薬物                      | 検体検査室<br>(一般部門) | 金コロイド粒子免疫法             | 尿  | 尿1.0mL  | 尿カップ <sup>o</sup> | インセイ                               | 3   |
| 髄液-比重                       | 検体検査室<br>(一般部門) | 屈折計法                   | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 1.005～1.007                        | 1   |
| 髄液-細胞数                      | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                    | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | ≤5/μL 主としてリンパ球                     | 1   |
| 髄液-蛋白                       | 検体検査室<br>(一般部門) | ピロガロールレッド法             | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 10～40mg/dL                         | 1   |
| 髄液μ-A L B                   | 検体検査室<br>(一般部門) | 免疫比濁法                  | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 100～300 μg/mL<br>(10～30mg/dL)      | 5   |
| 髄液Ca                        | 検体検査室<br>(一般部門) | アルセナゾⅢを使用した化学反応法       | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 4.4～5.0mg/dL (1.10～1.25 mmol/L)    | 1   |
| 髄液-β <sub>2</sub> マイクログロブリン | 検体検査室<br>(一般部門) | ラテックス凝集法               | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 0.44～1.24                          | 5   |
| 髄液-グルコース                    | 検体検査室<br>(一般部門) | GOD固定化酵素酸素電極法          | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 50～75mg/dL                         | 1   |
| 髄液-N a                      | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 130～150mmol/L                      | 1   |
| 髄液-K                        | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 2.5～3.5mmol/L                      | 1   |
| 髄液-C l                      | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法               | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 120～125mmol/L                      | 1   |
| 髄液-I g G                    | 検体検査室<br>(一般部門) | 免疫比濁法                  | 髄液 | 髄液1.0mL | 滅菌スピッツ            | 1～3 mg/dL                          | 1   |

| 検査項目           | 検査室             | 検査方法                       | 材料                      | 採取量          | 容器     | 基準値                                 | 出典元 |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|-----|
| 髄液-ピルビン酸       | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                        | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | 0.63～0.77mg/dL                      | 1   |
| 髄液-乳酸          | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                        | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | 13.7～20.5mg/dL<br>(1.52～2.27mmol/L) | 1   |
| 髄液-LDH         | 検体検査室<br>(一般部門) | IFCC標準化対応法                 | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | ≤25 U/L                             | 1   |
| 髄液-CEA         | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)    | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 髄液-αフェトプロテイン   | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)    | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 髄液-HIV Ag/Ab   | 検体検査室<br>(一般部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)       | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | インセイ(S/CO:<1.00)                    | 3   |
| 髄液-HTLV-I/II抗体 | 検体検査室<br>(一般部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)       | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | インセイ(S/CO:<1.00)                    | 3   |
| 髄液-梅毒TP抗体      | 検体検査室<br>(一般部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)       | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | インセイ(<10U/mL)                       | 3   |
| 髄液-MTX         | 検体検査室<br>(一般部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)       | 髄液                      | 髄液<br>1.0mL  | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-比重         | 検体検査室<br>(一般部門) | 屈折計法                       | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | ア浸出液:≥1.018<br>イ濾出液:≤1.015          | 1   |
| 体腔液-細胞数        | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                        | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | ア浸出液:≥1000個/μL<br>イ濾出液:≤1000個/μL    | 5   |
| 白血球分画          | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                        | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>3.0mL | 滅菌スピッツ | 設定なし                                | 10  |
| 体腔液-蛋白         | 検体検査室<br>(一般部門) | ビウレット法                     | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液アルブミン       | 検体検査室<br>(一般部門) | BCP改良法                     | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-グルコース      | 検体検査室<br>(一般部門) | GOD固定化酵素酸素電<br>極法          | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-Na         | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                   | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-K          | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                   | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-Cl         | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                   | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-尿素窒素       | 検体検査室<br>(一般部門) | ウレアーゼGLDH法(ア<br>ンモニア消去法)   | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-クレアチニン     | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                        | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-尿酸         | 検体検査室<br>(一般部門) | ウリカーゼ-POD法<br>(酵素法)        | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-Ca         | 検体検査室<br>(一般部門) | アルセナゾⅢを使用<br>した化学反応法       | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-無機リン       | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                        | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-RF         | 検体検査室<br>(一般部門) | ラテックス凝集法                   | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-LDH        | 検体検査室<br>(一般部門) | IFCC標準化対応法                 | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-ALP        | 検体検査室<br>(一般部門) | IFCC標準化対応法                 | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液アミラーゼ       | 検体検査室<br>(一般部門) | JSCC標準化対応法<br>(Et-G7-PNP法) | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |
| 体腔液-CA125      | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)    | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他) | 体腔液<br>1.0mL | 滅菌スピッツ | 該当なし                                | 10  |

| 検査項目                     | 検査室             | 検査方法                               | 材料                       | 採取量           | 容器                                     | 基準値                                                                                  | 出典元 |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 体腔液-C A 1 9 - 9          | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）            | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他)  | 体腔液<br>1. 0mL | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 体腔液-C E A                | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）            | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他)  | 体腔液<br>1. 0mL | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 体腔液-A F P                | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）            | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他)  | 体腔液<br>1. 0mL | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 体腔液-総ビリルビン               | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                                | 体腔液(腹<br>水・胸水・<br>心嚢水他)  | 体腔液<br>1. 0mL | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆 渣                      | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                                | 胆汁                       | 胆汁3～<br>5mL   | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 少量の粘液、上皮細胞、1～2コ/ $\mu$ Lの白<br>血球                                                     | 1   |
| 胆汁-N a                   | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                           | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-K                     | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                           | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-C l                   | 検体検査室<br>(一般部門) | イオン選択電極法                           | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-C a                   | 検体検査室<br>(一般部門) | アルセナゾⅢを使用<br>した化学反応法               | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-総ビリルビン                | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                                | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-総コレステロール              | 検体検査室<br>(一般部門) | 酵素法                                | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 胆汁-C E A                 | 検体検査室<br>(一般部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)            | 胆汁                       | 胆汁<br>1. 0mL  | 滅菌スビ <sup>®</sup> ッツ                   | 該当なし                                                                                 | 10  |
| 便-ヘモグロビン                 | 検体検査室<br>(一般部門) | イムノクロマト                            | 糞便:採便容<br>器‘栄研’<br>に便を採取 |               | 便ヘモグ <sup>®</sup> ロビン                  | －                                                                                    | 3   |
| 便-塗抹鏡検(蟻虫卵)<br>セロファンテープ法 | 検体検査室<br>(一般部門) | セロファンテープ検<br>肛法                    | 肛門の周囲<br>にいる虫卵<br>を接着採取  | 2日間<br>採取     | ポ <sup>®</sup> キール                     | －                                                                                    | 10  |
| 便-集卵法虫卵                  | 検体検査室<br>(一般部門) | ア) 集卵法:大島法<br>イ) 浮遊法:硫酸亜鉛<br>遠心浮遊法 | 糞便                       | 1. 0g         | 滅菌シ <sup>®</sup> コップ <sup>®</sup>      | －                                                                                    | 10  |
| 便-虫体鑑別                   | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                                | 糞便                       | 1. 0g         | 滅菌シ <sup>®</sup> コップ <sup>®</sup>      | －                                                                                    | 10  |
| 便-塗抹鏡検虫卵                 | 検体検査室<br>(一般部門) | 薄層塗抹法                              | 糞便                       | 1. 0g         | 滅菌シ <sup>®</sup> コップ <sup>®</sup>      | －                                                                                    | 10  |
| 関節液検査                    | 検体検査室<br>(一般部門) | 鏡検法                                | 関節液                      | 関節液<br>1. 0mL | ヒアルロニ<br>ダーゼ入り滅<br>菌スビ <sup>®</sup> ッツ | －                                                                                    | 10  |
| 白血球数                     | 検体検査室<br>(血液部門) | 電気抵抗法                              | 血液(EDTA2K<br>加血)         | 血液<br>2. 0mL  | 末血管ED-2K                               | 3. 3～8. 6×10 <sup>^</sup> 3/ $\mu$ L                                                 | 2   |
| 赤血球数                     | 検体検査室<br>(血液部門) | 電気抵抗法                              | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | M:4. 35～5. 55×10 <sup>^</sup> 6/ $\mu$ L<br>F:3. 86～4. 92×10 <sup>^</sup> 6/ $\mu$ L | 2   |
| ヘモグロビン濃度                 | 検体検査室<br>(血液部門) | シアンメトヘモグロ<br>ビン法変法                 | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | M:13. 7～16. 8g/dL<br>F:11. 6～14. 8g/dL                                               | 2   |
| ヘマトクリット                  | 検体検査室<br>(血液部門) |                                    | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | M:40. 7～50. 1%<br>F:35. 1～44. 4%                                                     | 2   |
| MC V                     | 検体検査室<br>(血液部門) | 電気抵抗法                              | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 83. 6～98. 2fL                                                                        | 2   |
| MCH                      | 検体検査室<br>(血液部門) |                                    | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 27. 5～33. 2pg                                                                        | 2   |
| MCHC                     | 検体検査室<br>(血液部門) |                                    | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 31. 7～35. 3g/dL                                                                      | 2   |
| 赤血球分布幅<br>(R DW)         | 検体検査室<br>(血液部門) |                                    | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 11. 6～14. 2%                                                                         | 2   |
| 血小板数                     | 検体検査室<br>(血液部門) | 電気抵抗法                              | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 158～348×10 <sup>^</sup> 3/ $\mu$ L                                                   | 2   |
| 平均血小板体積<br>(MP V)        | 検体検査室<br>(血液部門) |                                    | 血液(EDTA2K<br>加血)         |               | 末血管ED-2K                               | 8. 0～11. 2fL                                                                         | 2   |

| 検査項目               | 検査室             | 検査方法                                | 材料                | 採取量         | 容器       | 基準値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出典元 |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 網赤血球数              | 検体検査室<br>(血液部門) | ア)ニューメチレンブルー・VCSn法<br>イ)プレッカー法（視算法） | 血液(EDTA2K加血)      | 血液<br>2.0mL | 末血管ED-2K | 網赤血球比率:0.5～2.0%<br>網赤血球数:2.1～9.5×10 <sup>4</sup> /μL<br>幼若網赤血球分画:0.22～0.42                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |
| 末梢血液像              | 検体検査室<br>(血液部門) | ア)VCSn法<br>イ)視算法                    | 血液(EDTA2K加血)      |             | 末血管ED-2K | 自動法<br>好中球　　: 39.6～69.7%<br>リンパ球　: 22.4～51.2%<br>単球　　: 2.7～7.0%<br>好酸球　　: 0.8～9.3%<br>好塩基球　: 0.4～2.0%<br>視算法<br>好中球総数　: 43.5～72.0%<br>桿状核好中球: 0.0～7.0%<br>分葉核好中球: 37.5～66.0%<br>リンパ球　: 19.5～47.0%<br>単球　　: 2.2～10.4%<br>好酸球　　: 0.0～6.0%<br>好塩基球　: 0.0～1.8%<br>異型リンパ球: 0.0～1.4%<br>自動法・視算法の絶対数<br>好中球　:1.6～5.3×10 <sup>3</sup> /μL<br>リンパ球:1.1～3.1×10 <sup>3</sup> /μL | 5   |
| 好酸球数               | 検体検査室<br>(血液部門) | VCSn法または視算法                         | 血液(EDTA2K加血)      | 血液<br>2.0mL | 末血管ED-2K | 0.15～0.35×10 <sup>3</sup> /μL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   |
| アルカリホスファターゼ染色(NAP) | 検体検査室<br>(血液部門) | 朝長法変法                               | 血液(EDTA2K加血)      | 血液<br>2.0mL | 末血管ED-2K | 陽性率(rate) 75～95%<br>陽性指数(score)<br>M:212.2±37.2(156～271)<br>F:254.1±38.2(183～334)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |
| 出血時間               | 検体検査室<br>(血液部門) | DuKe法                               | 該当無し              |             | 該当無し     | 1～5min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| A P T T            | 検体検査室<br>(血液部門) | 凝固時間法（光散乱測光方式）                      | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | 25.0～35.0 sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| プロトロンビン時間          | 検体検査室<br>(血液部門) | Quick1段法（光散乱測光方式）                   | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | 0.87～1.15 INR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| フィブリノーゲン           | 検体検査室<br>(血液部門) | トロンビン時間法(光散乱測光方式)                   | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | 186～385 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| F D P              | 検体検査室<br>(血液部門) | ラテックス近赤外免疫比濁法                       | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | <5.0 μg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| F D P-Dダイマー        | 検体検査室<br>(血液部門) | ラテックス近赤外免疫比濁法                       | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | ≤0.7 μg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   |
| アンチトロンビンⅢ          | 検体検査室<br>(血液部門) | 合成基質を用いた酵素化学的測定法                    | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>1.8mL | 凝固検査管    | 78～125%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   |
| 血小板凝集能             | 検体検査室<br>(血液部門) | 透光度法                                | 血漿(3.20%クエン酸加採血管) | 血液<br>10mL  | 凝固検査管    | ADPは最終濃度0.5～1.0μmol/Lでは一次凝集、2.5～5.0μmol/Lで二次凝集を認める。<br>エピネフリンは0.2～2μg/mL、リストセチンは1～1.2mg/mL、コラーゲンは最終濃度1～4μg/mLで強い凝集を認める。<br>適性濃度以上の血小板惹起物質を加えても凝集が生じないか、微弱な場合は血小板機能低下と診断され、低濃度または無添加で凝集が生じる(自然凝集)場合は血小板機能亢進と診断される。                                                                                                                                                     | 5   |
| 赤血球沈降速度            | 検体検査室<br>(血液部門) | Westergren法                         | 血液(3.8%クエン酸加採血管)  | 血液<br>1.6mL | 血沈管      | M:2～10mm/hr<br>F:3～15mm/hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |

| 検査項目                              | 検査室               | 検査方法                    | 材料                    | 採取量          | 容器                  | 基準値                                                                                                                                                                                                | 出典元 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 骨髓像                               | 検体検査室<br>(血液部門)   | 視算法                     | 骨髓                    | 骨髓液<br>0.5mL | ED-2K(ミクロテナー)       | 芽球を除く顆粒球系(計)<br>40.0～50.0%<br>骨髓芽球 0.4～1.0%<br>好酸球 1.0～5.0%<br>好塩基球 0.0～0.4%<br>リンパ球 15.0～25.0%<br>単球 2.8～5.4%<br>赤芽球系(計)<br>14.0～25.0%<br>前赤芽球 0.0～0.4%<br>その他の赤芽球系<br>14.0～25.0%<br>M/E比 1.2～3.8 | 5   |
| C D 4 陽性リンパ球                      | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | 血液(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | 末血管ED-2K            | CD4陽性細胞(CD3+4+)<br>25.3～57.1%                                                                                                                                                                      | 4   |
| C D 8 陽性リンパ球                      | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | 血液(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | 末血管ED-2K            | CD8陽性細胞(CD3+8+)<br>17.6～46.0%                                                                                                                                                                      | 4   |
| N K細胞                             | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | 血液(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | 末血管ED-2K            | NK細胞(CD3-56+)5.0～30.0%                                                                                                                                                                             | 9   |
| T細胞                               | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | 血液(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | 末血管ED-2K            | T細胞(CD3+)47.4～80.8%                                                                                                                                                                                | 9   |
| B細胞                               | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | 血液(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | 末血管ED-2K            | B細胞(CD19+)5.2～26.3%                                                                                                                                                                                | 9   |
| C D34                             | 検体検査室<br>(血液部門)   | フローサイトメトリー法             | PBSCH<br>骨髓・<br>臍帯血   | 各1.0mL       | 2mL<br>セラムチューブ*     | 該当なし                                                                                                                                                                                               | 10  |
| 骨髓有核細胞数                           | 検体検査室<br>(血液部門)   | 視算法                     | 骨髓                    | 適量           | ED-2K(ミクロテナー)       | 10～25×10 <sup>4</sup> /μL                                                                                                                                                                          | 5   |
| 骨髓巨核球数                            | 検体検査室<br>(血液部門)   | 視算法                     | 骨髓                    | 適量           | ED-2K(ミクロテナー)       | 50～150/μL                                                                                                                                                                                          | 5   |
| クロスミキシング試験                        | 検体検査室<br>(血液部門)   | 凝固時間法                   | 血漿(3.20%<br>クエン酸加採血管) | 血液<br>3.6mL  | 凝固採血管               | 該当なし                                                                                                                                                                                               | 10  |
| 血液型検査                             | 輸血<br>細胞治療部       | ビーズカラム遠心凝集法(CAT)または試験管法 | 抗凝固血<br>(EDTA加血)      | 血液<br>2.0mL  | 血型採取管<br>(EDTA-2K管) | 該当なし                                                                                                                                                                                               | 10  |
| 輸血検査<br>輸血前血液型<br>不規則抗体<br>交差適合試験 | 輸血<br>細胞治療部       | ビーズカラム遠心凝集法(CAT)または試験管法 | 抗凝固血<br>(EDTA加血)      | 血液<br>7.0mL  | 交差ED2K-7管           | 該当なし                                                                                                                                                                                               | 5   |
| 間接クームス検査                          | 輸血<br>細胞治療部       | ビーズカラム遠心凝集(CAT)法        | 抗凝固血<br>(EDTA加血)      | 血液<br>7.0mL  | 交差ED2K-7管           | 陰性                                                                                                                                                                                                 | 5   |
| 直接クームス検査                          | 輸血<br>細胞治療部       | 試験管法                    | 抗凝固血<br>(EDTA加血)      | 血液<br>7.0mL  | 交差ED2K-7管           | 陰性                                                                                                                                                                                                 | 5   |
| 総蛋白                               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ビウレット法                  | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 6.6～8.1 g/dL                                                                                                                                                                                       | 2   |
| アルブミン                             | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | BCP改良法                  | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 4.1～5.1 g/dL                                                                                                                                                                                       | 2   |
| C R P                             | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁法              | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | ≤0.14 mg/dL                                                                                                                                                                                        | 2   |
| 血清アミロイドA                          | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁法              | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | <3.0mg/L                                                                                                                                                                                           | 3   |
| 尿素窒素                              | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ウレアーゼGLDH法(アンモニア消去法)    | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 8～20 mg/dL                                                                                                                                                                                         | 2   |
| クレアチニン                            | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                     | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | M:0.65～1.07 mg/dL<br>F:0.46～0.79 mg/dL<br>eGFR:≥60mL/分/1.73m <sup>2</sup>                                                                                                                          | 2   |
| 尿酸                                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ウリカーゼ-POD法(酵素法)         | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | M:3.7～7.8 mg/dL<br>F:2.6～5.5 mg/dL                                                                                                                                                                 | 3   |
| アンモニア                             | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素サイクリング法               | 血漿(EDTA2K加血)          | 血液<br>2.0mL  | アンモニア<br>(EDTA-2K管) | 12～66 μg/dL                                                                                                                                                                                        | 2   |
| N a                               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | イオン選択電極法                | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 138～145mmol/L                                                                                                                                                                                      | 2   |
| K                                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | イオン選択電極法                | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 3.6～4.8 mmol/L                                                                                                                                                                                     | 2   |
| C l                               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | イオン選択電極法                | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 101～108 mmol/L                                                                                                                                                                                     | 2   |
| C a                               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | アルセナゾⅢを使用した化学反応法        | 血清                    | 血液<br>1.0mL  | ブレイン管               | 8.8～10.1 mg/dL                                                                                                                                                                                     | 2   |

| 検査項目                   | 検査室               | 検査方法                         | 材料               | 採取量         | 容器                   | 基準値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 出典元   |
|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M g                    | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 2.0～2.4 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7     |
| 無機リン                   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 2.7～4.6 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| インスリン                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）      | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 1.84～12.2 μU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6     |
| グルコース                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | GOD固定化酵素酸素電<br>極法            | 血漿(ﾌｯﾁ<br>N a 管) | 血液<br>2.0mL | ﾌｯﾁNa管               | 73～109 mg/dL (空腹時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| ヘモグロビン-A1C（N<br>G S P） | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | HPLC法                        | 血液(ﾌｯﾁ<br>N a 管) | 血液<br>2.0mL | ﾌｯﾁNa管               | 4.9～6.0%（NGSP値）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
| クレアチンキナーゼ              | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | JSCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:59～248 U/L<br>F:41～153 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
| C K-MB                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁<br>法（蛋白量測定）        | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | <5 ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| A S T（G O T）           | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | JSCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 13～30 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |
| A L T（G P T）           | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | JSCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:10～42 U/L<br>F:7～23 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |
| 乳酸脱水素酵素                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | IFCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 124～222 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| アルカリフォスファター<br>ゼ       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | IFCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | <div>男児(U/L)女児(U/L)</div> <div>0ヶ月186～564186～564</div> <div>1ヶ月179～567179～567</div> <div>3ヶ月168～567168～567</div> <div>6ヶ月147～553147～553</div> <div>1歳138～469138～451</div> <div>2歳144～438144～403</div> <div>3歳147～420147～396</div> <div>6歳154～431161～438</div> <div>12歳159～525105～483</div> <div>15歳95～42054～315</div> <div>16歳～38～113（男女共通）</div> | 2, 10 |
| γ-G T P                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | JSCC標準化対応法                   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:13～64 U/L<br>F:9～32 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |
| アルドラーゼ                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 2.2～4.7 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     |
| コリンエステラーゼ              | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法(p-ﾋﾞﾄﾞﾛｷｼ<br>ﾍﾞﾝｿｲﾙｺﾘﾝ法) | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:240～486 U/L<br>F:201～421 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     |
| アミラーゼ                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | JSCC標準化対応法<br>(Et-G7-PNP法)   | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 44～132 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     |
| リパーゼ                   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 合成基質比色法                      | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 14～54 U/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7     |
| 乳酸                     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血漿(ﾌｯﾁ<br>N a 管) | 血液<br>2.0mL | 乳酸ﾋﾞﾙﾋﾞ管<br>(ﾌｯﾁNa管) | 4～16 mg/dL<br>(0.44～1.78mmol/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| ピルビン酸                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血漿(ﾌｯﾁ<br>N a 管) | 血液<br>2.0mL | 乳酸ﾋﾞﾙﾋﾞ管<br>(ﾌｯﾁNa管) | 0.3～0.9 mg/dL (文献値)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| 血清浸透圧                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 過冷却氷点降下法                     | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 275～290 mOsm/Kg・H2O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| 鉄                      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | Nitroso-PSAP直接法              | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 40～188 μg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     |
| ハプトグロビン                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                        | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 19～170 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     |
| トランスフェリン               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                        | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:190～300 mg/dL<br>F:200～340 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| β 2-マイクログロブリン          | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                     | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 0.80～2.00 μg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| ミオグロビン                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁<br>法               | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | <70 ng/mL (2009年9月より)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     |
| フェリチン                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                     | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:25～280 ng/mL<br>F:10～120 ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| 総ビリルビン                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 0.4～1.5 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| 直接ビリルビン                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 0.0～0.3 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7     |
| 総コレステロール               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                          | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | 142～248 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| 中性脂肪                   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法（グリセロー<br>ル消去法）           | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:40～234 mg/dL<br>F:30～117 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     |
| H D L コレステロール          | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 選択的抑制法                       | 血清               | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管               | M:38～90 mg/dL<br>F:48～103 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |

| 検査項目          | 検査室               | 検査方法                    | 材料                   | 採取量         | 容器            | 基準値                                                                                                    | 出典元 |
|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L D L コレステロール | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 選択的可溶化法                 | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 65～163 mg/dL                                                                                           | 2   |
| カルバマゼピン       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫凝集<br>阻害法        | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| フェノバルビタール     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫凝集<br>阻害法□       | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| フェニトイン        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫凝集<br>阻害法        | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| バルプロ酸         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫凝集<br>阻害法        | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| ジゴキシン         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | イムノアッセイ法                | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| テオフィリン        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫凝集<br>阻害法        | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| バンコマイシン       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁<br>法          | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| メトトレキサート      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法（化学発光免<br>疫測定法）    | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| シクロスポリン       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素免疫測定法                 | 血液<br>(EDTA2K加<br>血) | 血液<br>2.0mL | 血中薬物ED-<br>2K | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| タクロリムス        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素免疫測定法                 | 血液(EDTA2K<br>加血)     | 血液<br>2.0mL | 血中薬物ED-<br>2K | 該当なし                                                                                                   | 10  |
| アルコール         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法（ADH-UV系）            | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | <10mg/dL                                                                                               | 5   |
| 高感度T S H      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 0.500～5.00 μIU/mL                                                                                      | 3   |
| 遊離T 3         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 2.3～4.0 pg/mL                                                                                          | 3   |
| 遊離T 4         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 0.90～1.70 ng/dL                                                                                        | 3   |
| B N P         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)    | EDTA血漿               | 血液<br>2.0mL | 内分泌ED2K       | ≤18.4 pg/mL                                                                                            | 3   |
| I g G         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                   | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 861～1747 mg/dL                                                                                         | 2   |
| I g A         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                   | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 93～393 mg/dL                                                                                           | 2   |
| I g M         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                   | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | M:33～183 mg/dL<br>F:50～269 mg/dL                                                                       | 2   |
| I g E         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | <300 IU/mL                                                                                             | 4   |
| C 3           | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                   | 血清□                  | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 73～138 mg/dL                                                                                           | 2   |
| C 4           | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                   | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 11～31 mg/dL                                                                                            | 2   |
| C H 5 0       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | Mayer法相対比濁法             | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 30.0～46.0 U/mL                                                                                         | 1   |
| リウマチ因子（定量）    | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | ≤15 IU/mL                                                                                              | 5   |
| MMP-3         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス免疫比濁<br>法          | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | M:36.9～121.0 ng/mL<br>F:17.3～59.7 ng/mL                                                                | 3   |
| C E A         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 0.6～3.8 ng/mL(2004/7/21より)                                                                             | 4   |
| αフェトプロテイン     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | 1～7 ng/mL(2004/7/21より)                                                                                 | 4   |
| C A 1 2 5     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | M:6～19 U/mL(2004/7/21より)<br>F:8～36 U/mL                                                                | 4   |
| C A 1 5 - 3   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | <25 U/mL                                                                                               | 6   |
| C A 1 9 - 9   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | M:1～29 U/mL(2004/7/21より)<br>F:1～37 U/mL                                                                | 4   |
| S C C 抗原      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法（化学発光免<br>疫測定法）    | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | ≤1.9 ng/mL                                                                                             | 3   |
| P S A         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                   | 血液<br>1.0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管        | ア 加齢により上昇する。<br>40代：2.0、50代：3.0、<br>60代：4.0、70代：5.0、<br>80代：6.0ng/mL<br>イ PSA値(タンデム)：4ng/mLがカットオ<br>フ値 | 1   |

| 検査項目                    | 検査室               | 検査方法                     | 材料                        | 採取量          | 容器      | 基準値                                                                               | 出典元 |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F-P S A                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 該当なし                                                                              | 10  |
| C Y F R A               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 参考基準値：<2. 8ng/mL<br>カットオフ値：3. 5ng/mL (肺良性疾病を<br>対象としたROC曲線より算出)                   | 3   |
| β-D グルカン                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 発色合成基質法                  | 血漿(ヘパリン<br>Na入り滅<br>菌採血管) | 血液<br>3. 0mL | β-グルカン  | <11. 0pg/mL(カットオフ値)                                                               | 9   |
| 梅毒R P R                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集免疫<br>比濁法         | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 定性・定量ともに<br>インセイ (R. U；<1. 0)                                                     | 3   |
| 梅毒T P 抗体                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集免疫<br>比濁法         | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 定性・定量ともに<br>インセイ (R. U；<10. 0)                                                    | 3   |
| H B s 抗原                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (<0. 05IU/mL)                                                                | 3   |
| H B s 抗体                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (<10mIU/mL)                                                                  | 3   |
| H B c 抗体                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (S/CO:<1. 00)                                                                | 3   |
| H B e 抗原                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (S/CO:<1. 00)                                                                | 3   |
| H B e 抗体                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (%Inh:<50)                                                                   | 3   |
| H C V 抗体                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (S/CO:<1. 00)                                                                | 3   |
| H T L V- I /Ⅱ 抗体        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (S/CO:<1. 00)                                                                | 3   |
| H I V A g / A b         | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | インセイ (S/CO:<1. 00)                                                                | 3   |
| H C V-R N A (定量)        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | リアルタイムPCR法               | EDTA血漿                    | 血液<br>9. 0mL | 紫-PCR   | ケンシュツセズ:LogIU/mL                                                                  | 3   |
| H I V-1 R N A (定量)      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | リアルタイムPCR法               | EDTA血漿                    | 血液<br>9. 0mL | 紫-PCR   | ケンシュツセズ:コピー/mL                                                                    | 3   |
| H B V-D N A (定量)        | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | リアルタイムPCR法               | EDTA血漿                    | 血液<br>9. 0mL | 紫-PCR   | ケンシュツセズ:LogIU/mL<br>ケンシュツセズ:Logコピー/mL                                             | 3   |
| サイトメガロウイルス核<br>酸定量      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | リアルタイムPCR法               | EDTA血漿                    | 血液<br>9. 0mL | 紫-PCR   | ケンシュツセズ:IU/mL                                                                     | 3   |
| K L-6                   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                 | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | <500U/mL (カットオフ値)                                                                 | 3   |
| H C G                   | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | ア) F(非妊婦): ≤3mIU/mL<br>イ) F(閉経後): ≤6mIU/mL<br>ウ) M: ≤2mIU/mL                      | 3   |
| P I V K A Ⅱ             | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | <40mAU/mL                                                                         | 3   |
| I C G 試験                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 生食法                      | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 15分血中停滞率(R) 0-10%<br>血中消失率(K) 0. 168～0. 206<br>但し臨床検査部の結果値はmg/dLの濃度と<br>して表示されている | 1   |
| トロポニン I                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)     | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | ≤26. 2pg/mL                                                                       | 3   |
| プロカルシトニン                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | <0. 05 ng/mL                                                                      | 3   |
| トランスサイレチン               | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法(TIA)               | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 22～40 mg/dL<br>M: 23～42mg/dL<br>F: 22～34mg/dL                                     | 3   |
| R B P (レチノール結合<br>タンパク) | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                 | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 3. 5～5. 5 mg/dL                                                                   | 1   |
| 可溶性 I L-2 レセプ<br>ター     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ラテックス凝集法                 | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 145～519 U/mL                                                                      | 6   |
| A C T H                 | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | EDTA血漿                    | 血液<br>2. 0mL | 内分泌ED2K | 7. 2～63. 3 pg/mL                                                                  | 3   |
| C ペプチド                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)  | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 0. 8～2. 5 ng/mL                                                                   | 3   |
| P T H インタクト             | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法 (電気化学発<br>光免疫測定法) | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 15～65 pg/mL                                                                       | 3   |
| グリコアルブミン                | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 酵素法                      | 血清                        | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管  | 11. 0～16. 0%                                                                      | 5   |
| コルチゾール                  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法 (電気化学発<br>光免疫測定法) | EDTA血漿                    | 血液<br>2. 0mL | 内分泌ED2K | 7. 1～19. 6 μg/dL                                                                  | 3   |

| 検査項目          | 検査室               | 検査方法                                           | 材料                      | 採取量          | 容器                           | 基準値                | 出典元 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|-----|
| T S Hレセプター抗体  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）                        | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | <2. 0 IU/L         | 3   |
| サイログロブリン      | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法（電気化学発<br>光免疫測定法）                        | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | ≤33. 7 ng/mL       | 3   |
| M P O－A N C A | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLEIA法（化学発光酵<br>素免疫測定法）                        | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | <3. 5 U/mL         | 3   |
| P R 3－A N C A | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLEIA法（化学発光酵<br>素免疫測定法）                        | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | <3. 5 U/mL         | 3   |
| I g G 4       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 免疫比濁法                                          | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | 11～121 mg/dL       | 8   |
| リチウム          | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 吸光光度法                                          | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | 該当なし               | 10  |
| 亜鉛（Z n）       | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | 比色法                                            | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | 80～130 μ g/dL      | 1   |
| 葉酸            | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)                           | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | ≥3. 1ng/mL         | 3   |
| ビタミンB 1 2     | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | CLIA法(化学発光免疫<br>測定法)                           | 血清                      | 血液<br>1. 0mL | ﾌﾞﾚｲﾝ管                       | 187-883pg/mL       | 3   |
| SARS-CoV-2抗原  | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | ECLIA法(電気化学発<br>光免疫測定法)                        | 鼻咽頭ぬぐ<br>い液、又は<br>鼻腔ぬぐい | 特にな<br>し     | 前処理液入り<br>滅菌スﾍﾟｯｸ(青<br>キャップ) | インセイ (COI : <0. 8) | 3   |
| 血液ガス          | 検体検査室<br>(臨化免疫部門) | pH:電位差測定法<br>pCO2:電位差測定法<br>pO2:ﾌｧﾝﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄリック法 | 血液                      | 血液<br>1. 0mL | 血液ガス                         | 該当なし               | 5   |

\* 出典元

1 臨床検査法提要

2 共用基準範囲

3 試薬添付文書

4 院内職員検診

5 文献値

6 SRL基準値

7 市民医療総合センターが測定した値

8 山口大学、信州大学共同研究データ

9 院内検討

10 該当なし

\* 出典元の詳細は各項目SOPに記載